

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 500

11.06.2026

Konu: AMELİYATHANE BİRİMİNDE BULUNAN KESİCİ DELİCİ MOTOR İÇİN 3 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.06.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DELİCİ VE KESİCİ MOTOR ŞANZİMAN BİLYASI			1	Adet		
2	ELEKTRİKLİ KESİCİ VE DELİCİ MOTOR KESİCİ ELCEK GÜÇ KARTI			1	Adet		
3	KESİCİ / DELİCİ MOTOR AÇMA KAPAMA ANAHTARI (HANDSWITCH)			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.


• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tif: Fax: e_mail: Hız.BEYAR ÇOBANOĞLU
Dahili:

CERRAHİ MOTOR TAMİR VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tamir edilecek cerrahi motor cihazı fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 2) Tamir edilecek olan cerrahi motor için kullanılacak olan parçalar B.S.F marka cihaza uygun olmalıdır.
- 3) Tamir edilecek olan cerrahi motor için kullanılacak olan parçalar B.S.F marka cihazının orijinal parçaları olmalıdır.
- 4) Cerrahi motor için rulman takımı, açma kapama anahtarı ve kesici elçek güç kartı parçaları değişecek olup hata dataları ayıklanacaktır. B.S.F markaya uygun olacaktır.
- 5) Tamir edilecek olan cerrahi motor parçaları uygun ve orijinal olmalıdır.
- 6) Tamir edilecek olan cerrahi motor cihazın tüm ayarlamalar yapıp sistem aktif hale getirilecektir.
- 7) Teklif veren firmalar cihaz tamiri için tamamen kendi imkanlarını kullanacak, tamir için lazım olabilecek her türlü iş gücü, cihaz ve sarf malzemeyi kendileri temin edecektir. Kurumumuz bu tür ihtiyaçları karşılamak veya hazır bulundurmamak zorunda değildir.
- 8) Tamiri gerçekleştiren firma cihaza tamir sonrası aynı arızaya karşı garanti verecek.
- 9) Tamiri gerçekleştiren firma tamir sonrası tamir esnasında yapılan işlemleri ve değişen parçaları gösteren servis raporu ve garanti belgesini biyomedikal servisine teslim edecektir.
- 10) Cihazın Tamir işlemi kesin sipariştan itibaren en fazla 2 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre sonunda cihaz tam olarak çalışır durumda teslim edilmiş olmalıdır.
- 11) Cihaz tamir sonrası şartname ve sipariş belgesinde istenilen evrakların hepsi tamamlanmış olarak teslim edilecektir. Evrak eksikliğinden kaynaklı gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
- 12) Yükleniciler, teknik şartnamede yer alan özelliklerin değerlendirilmesine imkan sağlaması açısından teklif ile birlikte teknik şartnamede belirtilen tüm şartları karşılayıp, karşılamadıklarını (maddeler halinde) taahhüt etmelidirler.
- 13) Cerrahi motor'a teklif veren firma ,yetkili firmanın belgesine sahip olmalıdır.



E. KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

B. SARIK
Yüksek Mühendisi