

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi


SAYI : 70167892/ 549
KONU : Teklife Davet

11/06/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **GRUP DENTAL ADVANCE VE GRUP DENTAL QUATTRO Q1 DİŞ ÜNİTLERİNİN GİDERİLMESİ VE BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15/06/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.



Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	GRUP DENTAL ADVANCE VE GRUP DENTAL QUATTRO Q1 DİŞ ÜNİTLERİNİN GİDERİLMESİ VE BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI	1	PERİYOT		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim



NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

GRUP DENTAL ADVANCE VE GRUP DENTAL QUATTRO Q1 DİŞ ÜNİTLERİNİN TÜM ARIZALARININ GİDERİLMESİ VE BAKIM-ONARIM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname, hastanemizde mevcut bulunan Grup Dental Advance ve Grup Dental Quattro Q1 marka diş ünitelerinin tüm arızalarının giderilmesi, bakım, onarım, parça değişimi, ayar, kontrol ve çalışır durumda tutulmasına yönelik hizmet alımının teknik esaslarını kapsar.

2. KAPSAM

Yüklenici firma aşağıdaki hizmetleri eksiksiz olarak yerine getirecektir:

1. Diş ünitelerinde meydana gelen tüm mekanik, elektriksel, elektronik, pnömatik ve hidrolik arızaların tespiti ve giderilmesi.
2. Hekim tablası, asistan paneli, reflektör, tükürük emici sistemler, hava-su spreyi, mikromotor hatları, türbin hatları, pedal sistemi ve hasta koltuğuna ait tüm arızaların giderilmesi.
3. Ünite üzerindeki elektronik kart, sensör, valf, röle, güç kaynağı, sigorta, kablolama ve bağlantı elemanlarının kontrolü.
4. Kompresör bağlantıları, hava ve su tesisatı bağlantılarının kontrol edilmesi ve gerekli onarımların yapılması.
5. Hasta koltuğunun kaldırma, indirme, sırt hareketleri ve diğer fonksiyonlarının çalışır hale getirilmesi.
6. Ünite üzerindeki tüm hareketli parçaların bakımının yapılması, gerekli yağlama ve ayar işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
7. Reflektör ve aydınlatma sistemlerinin çalışır durumda teslim edilmesi.
8. Emiş sistemleri ve atık su hatlarında oluşan arızaların giderilmesi.

3. BAKIM VE ONARIM HİZMETİ

1. Bakım ve onarım işlemleri cihazların güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
2. Bakım sırasında cihazın tüm fonksiyonları kontrol edilerek gerekli ayarlar yapılacaktır.
3. Bakım sonrası cihazlar tam performansla çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Yapılan işlemler servis raporu ile belgelendirilecektir.

4. GARANTİ VE SORUMLULUKLAR

1. Yapılan bakım ve onarım hizmetleri için en az 6 (altı) ay işçilik garantisi verilecektir.
2. Garanti süresi içerisinde aynı arızanın tekrar etmesi halinde yüklenici ücretsiz müdahale edecektir.
3. Bakım ve onarım sırasında cihazlarda oluşabilecek yüklenici kaynaklı zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4. Yüklenici, işlemleri alanında yetkin ve tecrübeli teknik personel ile gerçekleştirecektir.

Mücahit YAMAN
TKY

Ali Emine YILMAZ
TKY

5. MUAYENE VE KABUL

1. İşin tamamlanmasının ardından cihazların tüm fonksiyonları idare tarafından kontrol edilecektir.
2. Arızaların tamamen giderildiğinin ve cihazların sorunsuz çalıştığının tespit edilmesi halinde kabul işlemi gerçekleştirilecektir.
3. Çalışmayan veya eksik onarılmış sistemler kabul edilmeyecektir.
4. Muayene ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici, bakım ve onarım süresince yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket edecektir.
2. Çalışmalar sırasında hastane düzenini bozacak uygulamalardan kaçınılacaktır.
3. Bakım ve onarım sonrasında çalışma alanı temiz ve düzenli şekilde idareye teslim edilecektir.

Mücahit YAMAN
T.K.Y.

Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y.