

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.06.2026

Sayı: 531
Konu: 10 ADET ÇEKMECELİ AMELİYATHANE DOLABI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.06.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MALZEME/ALET DOLAPLARI			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kışı / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AMELİYATHANE DOLABI ÇEKMECELİ

1. Dolap 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün hastane malzemelerinin depolanması ve hızlı erişim için tasarlanmış olmalıdır.
3. Ürün 3 bölümden oluşmalıdır, üstte camlı kapaklı dolap, ortada çift çekmeceli bölüm ve altta kapaklı depo bölümü olmalıdır.
4. Üst bölüm 1 adet ara rafa sahip olmalıdır.
5. Dolap kapakları paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
6. Dolap kapakları lazer ile kapak sacının kaynaksız şekilde kesilmesi ile üretilmiş olmalıdır.
7. Dolap üst kapakları güvenli şekilde çalışan bir kilide sahip olmalıdır.
8. Ürün ortasında 2 adet yan yana sıralanmış, teleskopik raylı çekmece olmalıdır.
9. Çekmece kafaları çift cidarlı olmalıdır.
10. Altta ise yine çift kapılı bir depolama gözü olmalıdır.
11. Dolap 4 adet paslanmaz ayağa sahip olmalıdır. Ayaklarda rotol pabuçlar bulunmalıdır.
12. Dolap ayağı estetik için yuvarlak kesitli olmalıdır.
13. Üründe kullanıcıya zarar veren keskinlik, çapak vb. olumsuz imalat hataları olmamalıdır.
14. Ürün ebadı yaklaşık 900 x 430 x 1800 mm (± 50 mm) olmalıdır.
15. Üründe kaynak lekesi, el kesecek keskin köşe, çapak vs. işçilik hataları olmamalıdır.
16. Sac bükümleri el kesmeyecek çift dönüşlü şekilde olmalıdır.
17. Teklif veren firma tam ölçü ve tasarım için kurumu ziyaret edip keşif yapmalıdır.
18. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
19. Ürün üretiminde Argon / Tiğ kaynak kullanılmalıdır.
20. Ürün kaynakları kesinlikle argon ile yapılmalı, bakteri üremesi vb durumlarının engellenmesi için boşluksuz kaynak yapılmalıdır. Üretici firmanın kesinlikle ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
21. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
22. Üretici ve satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
23. Üretici ve satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
24. Üretici ve satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
25. Üretici ve satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
26. Üretici ve satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.
27. Üretici firmanın mutlaka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Bu belge kapsamı hastane hizmetlerinin aksamaması için TS 13005 ve TS 12684 kapsamında olmalıdır. Satıcı firma teklifi ile birlikte bu belgeyi ibraz etmek zorundadır.
28. Satıcı firma teklifini vermeden önce mutlaka yerinde keşif yapmalı ve kurumdan yer gördü belgesi almalıdır. Keşif yapılmayan teklifler dikkate alınmayacaktır.
29. Yüklenici firma ürünün nakliyesi ve KURULUMUNU yaparak teknik eğitim vermelidir. Depo teslimatı kabul edilmeyecektir.

Yüklenici
Alınan Belge
Tarih: 15.05.2023

Sibel Beren

Ameliyathane
Ameliyathane Kurumu Başkanlığı
Araştırma ve Geliştirme Birimi