



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-318445515
Konu : TEKLİFE DAVET

19.06.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan malzeme **Kanal Dolgu Patı** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23.06.2026 tarih ve saat 16:00'a kadar dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATI	ADET	40		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTLAR

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9C1FAF55-7621-44CC-BFD6-8A64DD9F8316

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



numune verilecektir.

2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.

3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.

6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.

7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. Teknik Şartname ektedir.

10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

13. Verilen teklifler 30 gün süreyle geçerli sayılacaktır.

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2

e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com

Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9C1FAF55-7621-44CC-BFD6-8A64DD9F8316

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:





318434570

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİDERİMLERİ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

UĞUR BAKIRTA
Tıbbi Kurum Yetkilisi



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

DÖK.KODU:DMC.FR.16

REV.TAR:

REV.NO:0

SAYFA:1

Sayı:

Tarih:

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	MALZEME ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	TALEP MİKTARI
1	150-03-03-210035218	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATI	ADET	40
2				
3				
4				

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

ALIMI İHTİYACINA BİNAEN

TALEP EDEN BİRİM

SORUMLUSU

UĞUR BAŞKAYA

UĞUR BAŞKAYA
Tasınır Kayıt Yetkilisi

İletişim Tel No:

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI

UĞUR BAŞKAYA
Tasınır Kayıt Yetkilisi

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

UĞUR BAŞKAYA
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Tasınır Kayıt Yetkilisinin

Adı Soyadı ve İmzası

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere 7 nolu kalemler depoda mevcut değildir	UYGUR BAKI YAKAR Tespit Komisyon Başkanı/...../.....
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	
..... 1 nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	Adı Soyadı ve İmzası
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
Gerçekleştirme Görevlisi	Marcama Yetkilisi
Mali İşler Müdürü	Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

KANAL DOLGU PATİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalsiyum hidroksit esaslı olmalı ve radyoopak görüntü vermelidir
2. Ojenolsüz, kalsiyum hidroksit içerikli polimerik kanal dolgu maddesi olmalıdır.
3. Kalsiyum Oksit, Bizmut Trioksit, Çinko Oksit, Silikon Dioksit, Titanyum Dioksit, Trikalsiyum Fosfat içermelidir.
4. Ürün, düşük çözünürlüğe sahip kristalize yapıda olmalıdır.
5. Setin orijinal ambalajı içerisinde özel karıştırma kağıdı bulunmalıdır.
6. Ürün, yüksek derecede alkali olmalıdır.
7. Kendiliğinden sertleşme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Ağız dışında 5 dakika çalışma süresi olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajında ve son kullanma tarihi bulunmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
10. CE Belgesine sahip olmalıdır.
11. Ürün komisyonca beğenilmelidir.
12. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
13. Kanal içinde donarken hacimsel olarak genişleyerek kanal duvarlarına sıkıca yapışmalı ve kanalda boşluk bırakmamalıdır
14. Apekte ve perforasyon olan bölgelerde sert doku oluşumunu teşvik etmelidir.
15. Baz ve katalizör olarak iki tüp olmalıdır.

Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Diş Tabibi
Cemal YÜCEER
Dip. Tes. No: 35233

DOĞUBAYAZIT A.D.S.M.
Diş Hekimi
Mücahit
Dip. Tes. No: 52134 Dip. No: 272

Nuri İlhan Müdürlüğü
Başhekim
Mehmet Nuri İlçil

GEREKÇE RAPORU

Dental kanal dolgu patı, kök kanal sisteminin doldurulması sırasında gütaperka ile birlikte kullanılan ve kanal boşluklarının sızdırmaz şekilde kapatılmasını sağlayan temel sarf malzemelerinden biridir. Bu malzeme, kök kanal sisteminde mikroorganizmaların çoğalmasını ve yeniden enfeksiyon oluşumunu önlemeye yardımcı olarak tedavinin başarısında önemli rol oynamaktadır.

Merkezimizde günlük olarak gerçekleştirilen kanal tedavisi işlemlerinde mevcut stokların azalması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yeni alım yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Malzemenin temin edilmemesi durumunda;

- Kanal tedavilerinin planlanan şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecek,
- Hastalara sunulan sağlık hizmetlerinde gecikmeler meydana gelebilecek,
- Tedavi süreçleri olumsuz etkilenebilecek,
- Hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesinde düşüş yaşanabilecektir.

Bu nedenle, endodonti klinikleri ile genel diş hekimliği birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan miktarda dental kanal dolgu patının temin edilmesi gerekmektedir.

19/06/2026

Uğur BAŞKAYA

Taşınır Kayıt Yetkilisi

STOK KOORDİNASYON SİSTEMİ



Kurum : Sağlık Bakanlığı

Birim : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çalışma Yılı : 2026

Hoşgeldiniz, UĞUR BAŞKİ

Anasayfa

Talep Oluşturma

Talep Değerlendirme

Mesajlar

İletişim Bilgileri

Yardım

Malzemeye Göre

Onay Durumu :

GİDEN
TALEPLER

KABUL EDİLMİŞ
TALEPLER

REDDEDİLMİŞ
TALEPLER

Talep No :

Barkod No :

Malzeme Tanımı : epoksirezın

Malzeme Açıklama :

Excel'e Aktar

Ara

Talep No	Talep Tarihi	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Malzeme Açıklama	Barkod No	Durumu	Talep Miktar	Karşılama Miktar	Karşılama Tarihi	Karşılama Birim İ Adı	Karşılama Birim Adı	Sistem Açıklama	İşlem Geçmişi	Sil
164	19.06.2026	150-03-03-210035218	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ, ENDOART - ADSEAL 4.5 - ROOT CANAL SEALER (KOK KANAL DOLGU PATİ) (EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ)	8806387860099	Onaylananlar	40	40		SAMSUN	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ		...	
163	19.06.2026	150-03-03-210035218	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ, RC SEAL PLUS - GECİCİ YAPIŞTIRMA SİMANI (EPOKSİ YAPIŞTIRILMIŞ KOK KANAL DOLGUSU) (AMBALAJ: 1X15,5G ÇİFT ŞİRINGA) (KANAL DOLGU PATİ (EPOKSİ REZİN ESASLI))	8908022473043	Onaylananlar	40	40		TRABZON	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ		...	
162	19.06.2026	150-03-03-210035218	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ, NOVA SEALER PLUS JET - NSE04000 - (CANAL FİLLİNG MATERIAL (DOUGH CONSISTENCY - SYRINGE)) #KANAL DOLGU MALZEMESİ (EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ)	8682190644855	Onaylananlar	40	40		BARTIN	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN ŞEHİT CEM KANBUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ		...	
161	19.06.2026	150-03-03-210035218	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ, B&E - B&E ROT-SİL - ROT-SİL (KENDİLİĞİNDEN SERTLEŞEN KOK KANAL SIZDIRMAZLIĞI MALZEMESİ) (EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ)	8800035303143	Onaylananlar	40	40		KIRIKKALE	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ		...	
113	27.02.2026	150-03-03-210035218	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ, EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ	8680440576956	Onaylananlar	40	40		KIRIKKALE	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESKİN İLÇE DEVLET HASTANESİ		...	
71	15.09.2025	150-03-03-210035218	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ, SEALART - KOK KANAL SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ (EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ)	8681942650519	Onaylananlar	60	60		ANKARA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ÜLKÜ ULUSOY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ		...	
70	15.09.2025	150-03-03-210035218	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ, SEALART - KOK KANAL SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ (EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ)	8681942650519	Onaylananlar	60	60		ANKARA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ÜLKÜ ULUSOY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ		...	