

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.06.2026

Sayı: 538
Konu: EKG KABLOSU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.06.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG KABLOSU GRABBER - TİMSAH UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 5 LEAD			25	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HASTABAŐI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. BLT marka M9500 model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Orijinal olmalıdır.
4. Numune gönderebilecektir.
5. Ürün test aşamasında 15 gün boyunca denenecektir.
6. Kablonun leadlerinin renk kodları IEC standartlarında olmalıdır.
7. EKG uç kabloları kısaç tipli olmalıdır.
8. Kablo tek parça halinde enjeksiyon olmalı,kablo bağlantı bölümlerinde vida bulunmamalıdır.
9. BLT marka M9500 modeline birebir uyum sağlamalıdır.
10. EKG kablosu Reusable olmalıdır.
11. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.
12. Timsah ucu polietilen kaplı 5 lead olmalıdır.
13. UBB kodu olmalıdır.

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Fırat DURAK

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Betül SARSIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi