

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.06.2026

Sayı: 541

Konu: DOĞUM ÜNİTESİ İÇİN UZUN KONÇLU ELDİVEN ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.06.2026 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                                              | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | CERRAHİ ELDİVEN UZUN<br>KONÇLU STERİL PUDRASIZ<br>NO:7   |          |     | 500    | Adet   |              |              |
| 2            | CERRAHİ ELDİVEN UZUN<br>KONÇLU STERİL PUDRASIZ<br>NO:7,5 |          |     | 1000   | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                                                          |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## UZUN KONÇLU STERİL ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Eldivenler Lateksten üretilmiş ve pudrasız olmalıdır.
- 2.Eldivenler cerrahi amaçla kullanılmaya uygun anatomik yapıda olmalıdır.
- 3.Eldivenler avuç içi ve parmak bölgelerinde maximum hassasiyet sağlamalı,elle halas ve kavite kontrolü yapmaya uygun olmalıdır.
- 4.Eldivenlerin dokusu düzgün olmalıdır.
- 5.Eldivenler yırtılmaya ve delinmeye dirençli olmalıdır.
- 6.Ambalajı sıvı geçirmez olmalıdır.
- 7.Steril orijinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli, üretim tarihi ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
- 8.Malzemenin açılma işlemini kolaylaştıracak ve sterilitesinin devamlılığını sağlayacak özellikte olmalıdır.
- 9.Ürün ambalajı çift paket sisteminde olmalıdır.İç paket sağ ve sol işaretli olmalı ve eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
- 10.Eldivenler 1 adet=1 çift olarak teklif edilmelidir.
- 11.Eldivenler dirsek üzerine çıkacak kadar uzun konçlu olmalıdır.
- 12.Eldivenlerin boyutu 7,0 ve 7,5 numara olmalıdır.

UZUN KONÇLU  
SORUMLU EBE  
BETÜL YILDIZ

Em  
SAAKANN  
J