

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.06.2026

Sayı: 542

Konu: KEMOTERAPİ BİRİMİ İÇİN 25 G LUER-LOCK UYUMLU KANATLI (KELEBEK) SUBKUTAN UYGULAMA SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.06.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LUER LOCK KONNEKTÖR KELEBEK SET NO:25			300	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

•Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

•Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

•Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

•Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

•Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

•Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

•Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

•İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

•Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

•Teknik Şartname ektedir.

•En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

•Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

•Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

25G LUER-LOCK UYUMLU KANATLI (KELEBEK) SUBKUTAN UYGULAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartname, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Ünitesinde kullanılmak üzere temin edilecek 25G Luer-Lock uyumlu kanatlı (kelebek) subkutan uygulama setlerinin teknik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- 2.1. Ürün steril, tek kullanımlık, non-pirojenik ve toksik olmayan yapıda olacaktır.
- 2.2. Ürün EO sterilizasyonu veya eşdeğer uluslararası kabul görmüş bir yöntem ile steril edilmiş olacaktır.
- 2.3. Ürün lateks içermeyecektir.
- 2.4. Ürün CE belgeli olacak ve ÜTS kayıt bilgileri teklif dosyasında sunulacaktır.
- 2.5. Ürün ambalajı açılmadığı sürece sterilliğini koruyacak özellikte olacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3.1. Ürün kanatlı (winged infusion set / kelebek set) yapıda olacaktır.
- 3.2. İğne çapı 25G olacaktır.
- 3.3. İğne paslanmaz medikal kalite çelikten üretilmiş olacaktır.
- 3.4. İğne yüzeyi doku travmasını azaltacak şekilde silikonize edilmiş olacaktır.
- 3.5. Kanatlar uygulama sırasında kolay kavrama ve sabitleme sağlayacak ergonomik yapıda olacaktır.
- 3.6. Set üzerinde esnek, bükülmeye ve kıvrılmaya dayanıklı bağlantı hortumu bulunacaktır.
- 3.7. Hortum uzunluğu en az 20 cm, en fazla 35 cm olacaktır.
- 3.8. Setin bağlantı ucu standart Luer-Lock enjektörlerle uyumlu olacaktır.
- 3.9. Setin ölü hacmi (dead space / hold-up volume) en fazla 0,5 mL olacaktır.
- 3.10. Ürün yüksek hacimli subkutan ilaç uygulamalarına uygun olacaktır.

Kemoterapi Sorumlu
Hemşiresi
Orhan BENCİT

Ciğdem KILIÇ
Ebe
C. KILIÇ

3.11. Ürün daratumumab (Darzalex Faspro®) ve benzeri biyolojik ajanların subkutan uygulanmasına uygun özellikte olacaktır.

3.12. Uygulama sırasında bağlantı noktasında sızıntı, gevşeme veya ayrılma meydana gelmeyecektir.

3.13. Ürün sitotoksik ilaç uygulamalarında kullanıma uygun olacaktır.

3.14. Üründe DEHP içeren materyal bulunmayacaktır.

4. AMBALAJ VE ETİKETLEME

4.1. Her ürün tekli steril ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

4.2. Ambalaj üzerinde ürün adı, ürün kodu, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve üretici bilgileri bulunacaktır.

4.3. Teslim edilen ürünlerin son kullanma süresi, teslim tarihinde toplam raf ömrünün en az üçte ikisi kadar veya en az 24 ay olacaktır.

5. NUMUNE VE DEĞERLENDİRME

5.1. İstekliler teklif ettikleri ürüne ait en az 1 (bir) adet steril numuneyi, idarenin talebi halinde belirtilen süre içerisinde ücretsiz olarak teslim edeceklerdir.

5.2. Numune üzerinden teknik değerlendirme yapılacaktır.

5.3. Teknik şartname hükümlerini karşılamadığı tespit edilen ürünlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

5.4. Numuneler iade edilmeyecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR

6.1. İdare gerekli gördüğü takdirde ürünün teknik özelliklerini doğrulamak amacıyla katalog, teknik doküman, kullanım kılavuzu ve üretici firma belgelerini isteyebilir.

6.2. Teklif edilen ürün teknik şartnamenin tüm maddelerini karşılayacaktır.

6.3. Teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili ulusal ve uluslararası tıbbi cihaz standartları esas alınacaktır.

Kemoterapi Sorumlu
Hemşiresi
[Signature]

Gülden Kılıç
Ebe
[Signature]