



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-318623837
Konu : TEKLİFE DAVET

22.06.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan malzeme **Hidrofil Gazlı Bez** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **26.06.2026 tarih ve saat 10:00'a kadar dogubayazitadsmstinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM * 100 M 16 TEL 8 KAT	ADET	30		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTLAR

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: DFA1036B-F216-4D8E-845D-69CD4B3F1A3E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfıkı Başkaya Cad. No:2 4400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:
<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



numune verilecektir.

2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.

3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.

6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.

7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. Teknik Şartname ektedir.

10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

13. Verilen teklifler 30 gün süreyle geçerli sayılacaktır.

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2

e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com

Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: DFA1036B-F216-4D8E-845D-69CD4B3F1A3E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:





318614601

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

UĞUR BAŞKAYA
Başhekim Kayı Yoluyla



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

DÖK.KODU:DMC.FR.16

REV.TAR:

REV.NO:0

SAYFA:1

Sayı:

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD UBB KODU 1	MALZEME ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	TALEP MİKTARI
1	150-03-03-210006114	HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 16 TEL 8 KAT	ADET	30
2				
3				
4				

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyacı olan fazla talep edilmeyi, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

ALIMI İHTİYACINA BİNAEN

TALEP EDEN BİRİM

SORUMLUSU

UÇUR BAŞKAYA

İletişim Tel No :

DOĞUBAYAZIT
İHTİYAÇ TESİSİ

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

Yukarıda miktari belirtilen depoların nolu kalemler depoda mevcuttur.

DOĞUBAYAZIT
İHTİYAÇ TESİSİ

DOĞUBAYAZIT
İHTİYAÇ TESİSİ

DOĞUBAYAZIT
İHTİYAÇ TESİSİ

İHTİYAÇ TESİSİ KOMİSYON BAŞKANI

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

DOĞUBAYAZIT
İHTİYAÇ TESİSİ

DOĞUBAYAZIT
İHTİYAÇ TESİSİ

DOĞUBAYAZIT
İHTİYAÇ TESİSİ

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere ¹ nolu kalemler depoda mevcut değildir	
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	
..... ¹ nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	Adı Soyadı ve İmzası
..... ¹ nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	UĞUR BAKIRAYA Tespit Komisyonu
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
.....	
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
İdari Mali İşler Müdürü	Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.


2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı


Ek 2 : Teknik Şartname

GAZLI BEZ (METRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
2. Gaz bezi kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
3. Gaz bezi üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, dikişli, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış ilmik görünmemelidir.
4. Dokunmuş bez üzerinde delik, kesik, yırtık ve benzeri bozukluklar olmamalıdır.
5. Ürün cm2 de 20 tel olmalıdır. (+/- 1 tel olabilir.)
6. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Apreli olmamalı, her hangi bir boya içermemeli ve kirli görünmemelidir.
8. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
9. 100 metre ölçülerinde top şeklinde olmalıdır.
10. Gaz bezlerinin boyutları; eni belirtilen değerin +/- %2'si kadar, boy ise en az belirtilen değer kadar olmalıdır.
11. Ölçüm gaz bezi yatay ve düzgün bir düzlem üzerinde her iki yönden de buruşuklukları düzeltilip herhangi bir gerginlik oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.
12. Gaz bezinden oluşturulan her bir top düzgün şekilde üzerinde seri numaraları yazılı olarak paketlenmiş olmalıdır.
13. Gaz bezleri top şeklinde nem ve kirlilikten korunacak şekilde naylon poşetlere konularak ambalajlanmalıdır.
14. Bu ambalajlar uygun taşıma miktarlarında, kirlenmeden korunacak şekilde uygun bir malzeme ile balya halinde teslim edilmelidir.
15. Non-steril olmalıdır.


A.D.S.M.
09.05.2022


M. S. K.
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı


Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dış Tanı
Cemal YÜCEBAŞ
Dış Tanı No: 5233

GEREKÇE RAPORU

Merkezimizde yürütölen ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen muayene, cerrahi işlem, diş çekimi, periodontal tedavi ve diğer klinik uygulamalarda gazlı bezler sarf malzemesi olarak yoğun şekilde kullanılmaktadır. Hastaların tedavi süreçlerinde kanama kontrolünün sağlanması, işlem bölgelerinin izolasyonu, yara bakımının yapılması ve enfeksiyon kontrol standartlarının sürdürölmesi amacıyla gazlı bez kullanımı zorunludur.


Mevcut stokların azalması ve hizmet sunumunun kesintisiz devam ettirilmesi ihtiyacı nedeniyle yeterli miktarda gazlı bez temin edilmesi gerekmektedir. Söz konusu alım, hasta güvenliğinin sağlanması, sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sürdüröllebilmesi açısından zorunluluk arz etmektedir.

Bu nedenle, merkezimizin ihtiyaçları doğrultusunda gazlı bez alımının yapılması uygun görölmüştür.

19/06/2026

Uğur BAŞKAYA

Taşınır Kayıt Yetkilisi



STOK KOORDİNASYON SİSTEMİ



Kurum : Sağlık Bakanlığı

Birim : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çalışma Yılı : 2026

Hosgeldiniz, UĞUR BAŞKA



Anasayfa



Talep Oluşturma



Talep Değerlendirme



Mesajlar



İletişim Bilgileri



Yardım

Malzemeye Göre

Onay Durumu :

GİDEN
TALEPLER

KABUL EDİLMİŞ
TALEPLER

REDEDEDİLMİŞ
TALEPLER

Talep No :

Barkod No :

Malzeme Tanımı :

Malzeme Açıklama :

Excel'e Aktar

Ara

Talep No	Talep Tarihi	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Malzeme Açıklama	Barkod No	Durumu	Talep Miktarı	Karşılama Miktarı	Karşılama Tarihi	Karşılama Birim İl Adı	Karşılama Birim Adı	Sistem Açıklama	İşlem Geçmişi	Sil
172	22.06.2026	150-03-03-270006878	GAZ KOMPRES, BATIN, NONSTERİL, RADYOOPAKLI, 16 KAT, 45(±1)CM*45(±1)CM	GAZ KOMPRES, BATIN, NONSTERİL, RADYOOPAKLI, 16 KAT, 45(±1)CM*45(±1)CM, MUMU - BATIN KOMPRES XRY - NON STERİL BATIN KOMPRES 45X45 CM 16 KAT 2'LI XRY (* RADYOOPAKLI GAZLI BEZ, BATIN KOMPRES 45*45 CM)	8683020021419	Onaylananlar	30	30		ARDAHAN	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ		...	
171	22.06.2026	150-03-03-270016126	TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM	TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM, DİFA - DİFAPLUS1502000 - KLORHEKSİDİN DİASETAT İÇERİKLİ GAZLI BEZ (STERİL) 15 X 200 CM ANTİMİKROBİYAL PARAFİN GAZLI BEZ (TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM)	8680287997990	Onaylananlar	30	30		GAZİANTEP	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ		...	
170	22.06.2026	150-03-03-270016126	TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM	TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM, DİFA - DİFAPLUS1502000 - KLORHEKSİDİN DİASETAT İÇERİKLİ GAZLI BEZ (STERİL) 15 X 200 CM ANTİMİKROBİYAL PARAFİN GAZLI BEZ (TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM)	8680287997990	Onaylananlar	30	30		MUĞLA	T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ		...	
169	22.06.2026	150-03-03-270016126	TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM	TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM, DİFA - DİFAPLUS1502000 - KLORHEKSİDİN DİASETAT İÇERİKLİ GAZLI BEZ (STERİL) 15 X 200 CM ANTİMİKROBİYAL PARAFİN GAZLI BEZ (KLORHEKSİDİN DİASETAT İÇERİKLİ GAZLI BEZ (STERİL) 15 X 200 CM (DMO))	8680287997990	Onaylananlar	30	30		NİĞDE	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ		...	
168	22.06.2026	150-03-03-270016126	TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM	TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM, DİFA - DİFAPLUS1502000 - KLORHEKSİDİN DİASETAT İÇERİKLİ GAZLI BEZ (STERİL) 15 X 200 CM ANTİMİKROBİYAL PARAFİN GAZLI BEZ (TÜL SARGI, PARAFİNLİ, BEYAZ, 15(±2)*200(±2)CM)	8680287997990	Onaylananlar	30	30		İSTANBUL	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ		...	
167	22.06.2026	150-03-03-270001763	SARGI BEZİ, NONSTERİL, 10CM*10M	SARGI BEZİ, NONSTERİL, 10CM*10M, EASYFLOW - EASY411135 - SARGI BEZİ 10CM X 10MT (GAZLI BEZ SARGI 10CM X 10M EASYFLOW)	8682076032950	Onaylananlar	30	30		RİZE	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ		...	

Hesabım (/SaglikMarket/Hesap/Index) > E-İhale Taleplerim & Siparişlerim (/SaglikMarket/Hesap/Taleplerim) > Talep Detayı

Talep Detayı

Bu taleplere ait oluşturulan siparişlerinizi ve teslimat bildirimlerinizi görmek için [tıklayınız.](/SaglikMarket/Hesap/SiparisDetay/71126d26-e534-4b06-8e08-8d9ba5ca8d28) (/SaglikMarket/Hesap/SiparisDetay/71126d26-e534-4b06-8e08-8d9ba5ca8d28)

Excel

Sayfada 10 kayıt göster

Ara:

Malzeme Adı	Sipariş Parti No	Miktar	Ölçü	Şartname No / Jenerik Kodu	IKN	İhale Tarihi / Pazarlık Tarihi	Alım Yapılan Firma	Alımı Yapılan Ürün	Satış Birim Fiyatı (TL)	Talep Durumu	Alım Durumu
Enjektör, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Yeşil, 21G, 10ML	1	1500	Adet	SMT3680.270001664	2026/687352	21.04.2026 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilecek
Enjektör, Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Yeşil, 21G, 10ML	1	1500	Adet	SMT3680.270001664	2026/965219	1.06.2026 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Gazlı Bez, 90(±3)Cm*100(±3)M	1	50	Adet	SMT3711.270005575	2026/965219	1.06.2026 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Gazlı Bez, 90(±3)Cm*100(±3)M	1	50	Adet	SMT3711.270005575	2026/687352	21.04.2026 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilecek
Sterilizasyon Rulosu, 10Cm*200M	1	30	Adet	SMT3792.270005606	2026/687352	21.04.2026 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilecek
Sterilizasyon Rulosu, 10Cm*200M	1	30	Adet	SMT3792.270005606	2026/965219	1.06.2026 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Sterilizasyon Rulosu, 7.5Cm*200M	1	30	Adet	SMT3792.270005605	2026/965219	1.06.2026 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilmeyecek
Sterilizasyon Rulosu, 7.5Cm*200M	1	30	Adet	SMT3792.270005605	2026/687352	21.04.2026 09:00:00	-	-	-	Talep D.M.O Tarafından Onaylandı	İhale İptal Edildi, Yeniden İhale Edilecek