

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.06.2026

Sayı: 552

Konu: STERİLİZASYON WRAP KAĞIDI 160X160 CM ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.06.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STERİLİZASYON WRAP KAĞIDI 160X160 CM			10000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.


• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

STERİLİZASYON WRAP KAĞIDI ŞARTNAMESİ

1. Ürünün her yüzeyi buhara % 100 geçirgen özellikte ve Polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Buhar sterilizasyonuna uygun ve basınçlı buhara dayanıklı olmalıdır.
3. İç ve dış paketleme için kullanılabilir olmalıdır.
4. Gözenekli olma özelliğinden dolayı, sterilizasyon sırasında buhar geçişini sağlayacak özellikte geçirgen olmalıdır.
5. Ağır setlerin bohçalanmasına uygun olmalıdır.
6. Florasan madde içermemelidir.
7. Mavi veya yeşil renkte olmalıdır.
8. M² si 60 gr(+/-2) ağırlığında olmalıdır.
9. Yırtılma ve delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Yumuşak ve kolay katlanabilir özellikte olmalıdır.
11. Paketleme esnasında ve sterilizasyon sonrasındaki açma süreçlerinde hiçbir lif izi bırakmayacak yumuşaklık ve esneklikte olmalıdır.
12. Yüklenici firma satış sonrası üründen kaynaklanan bir sorun halinde ürünü değiştireceğini yazılı olarak bildirmelidir.
13. Ambalajı hiç bir yüzeyinde işlem öncesinde yada sonrasında kesinlikle tüylenme, tiftiklenme gibi oluşumlar gözlenmemelidir. Partikül bırakmamalıdır.
14. Aseptik paket açılımına olanak vermemelidir.
15. Metaryal enstrümanların paketlenmesinde kullanılabilirmeli, delinme, yırtılma ve defektler oluşmamalıdır. Sert darbelere dayanıklı olmalıdır.
16. Su geçirmez olmalıdır.
17. Uzama katsayısı, buhar geçirgenliği, hava geçirgenliği, suya direnç EN 868 standardına ve EN ISO 11607-1 standardına uygun olmalıdır.
18. Depolama ve taşıma koşullarından etkilenmemesi için polietilen poşetlerle korunan şekilde kolilenmiş olmalıdır.
19. Ambalaj üzerinde imal, lot ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
20. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miyadı olmalıdır.
21. Ürünler düzgün şekilde kutulanmış ve buruşmamış şekilde olmalıdır.
22. Paketler en az 100 en fazla 250'li olarak ambalajlanmalıdır.
23. Normal oda şartlarında (15-30 derece, %35-60 nem) saklanabilmelidir.
24. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı, kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Melik Doğan
Hemşire


Vedat Oğul
Sterilizasyon Sorumlusu
