

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.06.2026

Sayı: 560

Konu: YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BİRİMİ İÇİN 40 ADET 5FR TEK LÜMENLİ UMBİLİKAL KATATER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.06.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	UMBİLİKAL (GÖBEK) KATETERİ 5F			40	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

5 FR TEK LÜMENLİ UMBİLİKAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter, yeni doğan bebeklerde göbek damarlarından (arter veya venöz) ilaç ve parenteral beslenme solüsyonu vermek için imal edilen santral kateter olmalıdır.
2. Kateter, enfeksiyon riskini minimuma indiren ve vücut ısı ile yumuşayabilen poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalı ve X-Ray altında görülebilir olması için radyopak olmalıdır.
3. Kateter tek lümenli olmalıdır.
4. Kateter 5 Fr ve 30 cm uzunlukta olmalıdır.
5. Kateterin yıkama hacmi 0,40 ml, akış hızı 23 ml/dakika olmalıdır.
6. Kateter üzerinde, damar içerisinde ne kadar ilerletildiğini tanımlamak için 4 cm'den 25 cm'e kadar 1 cm aralıklarla derinlik işaretçileri bulunmalıdır.
7. Kateter proksimal ucu luer kilit yapıda olmalıdır.
8. Kateter seti içerisinde 2 yollu musluk bulunmalıdır. Venöz kullanım için mavi, arteriyel kullanım için kırmızı renkte tıplar içermelidir.
9. Kateter ucu damar hasarı riskini azaltan atravmatik özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Kateter CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
11. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
13. Örnek numune gönderilmelidir.

Saklım Yamaç
S. Yamaç

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Alper KIZIL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tesch No: 4354 Uzm. Tesch No: 18438

Yenidoğan 3. Başemak
Sorumlu Hemşire
Nuray TOK