

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.06.2026

Sayı: 565
Konu: FORMALİNLİ NUMUNE KABI (15CC) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.06.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	15 CC FORMALİNLİ PATOLOJİ NUMUNE KABI			2000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

NUMUNE KABI (15CC) (FORMALİNLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patolojiye numune transferine uygun olmalıdır.
2. 15cc hacimde olmalıdır.
3. Vida kapaklı olmalıdır.
4. Saydam propilenden veya saydam plastikten üretilmiş olmalıdır. Kapağı plastik olmalıdır.
5. Kapların içinde, kabın hacminin yarısını miktarda, tamponlanmış %10'luk tamponlu formalin solüsyonu olmalı ve bu solüsyon kullanıma hazır, torçusuz olmalıdır. Bu solüsyon firma tarafından sertifikalı olarak belirtilecektir.
6. Kabın içindeki solüsyon dokuyu yakmamalı ve dokunun morfolojik yapısını bozmamalıdır.
7. Kaplar, her türlü cerrahi müdahaleden sonra alınacak örneklerin, histolojik ve patolojik muayenesi için uygun olmalı ve makroskopik muayene yapılarına kadar örneklerin muhafazasını ilk günkü gibi koruma kapasitesine sahip olmalıdır.
8. Kapların her lotu için kalite kontrol sertifikası beyan edilmeli dokuya zarar vermediği belgelendirilmelidir.
9. Kapların üzerinde ayrıntılı olarak bilgileri gösteren bir etiket olmalı ve bu etikette, lot numarası, son kullanma tarihi, saklama koşulu gibi bilgiler bulunmalıdır.
10. Etiket kabı tamamen kapatmamalıdır, en az bir yönden kabın içi tamamen görülebilmedilir.
11. Kapağı kolaylıkla kapatılabilmelidir, kapatılmış kapak rahatlıkla açılabilmelidir.
12. İçindeki sıvıyı sızdırmaz nitelikte olmalıdır. Kapağı kapatılmış kap yan yatsa veya ters çevrilse bile içindeki sıvıyı sızdırmamalıdır.
13. Kaplar orijinal ambalajında, dökülme olmayacak şekilde teslim edilmelidir.
14. Dış yüzeyi barkod yapıştırmaya uygun olmalıdır.
15. Formol çözeltisine ve alkole dayanıklı olmalıdır.
16. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
17. Dört adet numune gönderilmelidir; numune denenip uygunluğuna karar verilecektir.
18. Belirtilen özellikleri taşımasına rağmen amacına yönelik kullanımında sorunlar ortaya çıkan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, ürünü başka bir lot ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır.

Yakup Aray



18.6.26
Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 158178
Ağrı Devlet Hastanesi
