



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-319015576
Konu : Teklife Davet

24.06.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **15 ADET HASTA NAKİL CİHAZLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE YETİŞKİN MEKANİK ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03.07.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	15 ADET HASTA NAKİL CİHAZLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE YETİŞKİN MEKANİK	ADET	15		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 6CA810E6-92E7-46F3-9675-B5D9E0CD0DEF

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ İlçe Devlet Hastanesi

TEKERLEKLİ SANDALYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İç içe geçebilen tekerlekli sandalye katlanmayan özellikte olmalıdır.
Yerden kazanım amaçlı, birden fazla tekerlekli sandalye alışveriş arabaları gibi birbiri arkasından iç içe geçirilerek park edilebilir olmalıdır.
Çalınmaya karşı ve alındığı yere tekrar bırakılması için, alışveriş arabaları gibi park halinde iken birbirine, zincir yardımı ile depozitle çalışan bir kilit sistemi sayesinde kilitlenebilmelidir.
Bu kilit mekanizması kolay erişilebilir şekilde el tutamaç yerinin ortasında olmalıdır.
Tekerlekli sandalyenin ana şasesi 32 mm. (+/- 2 mm.) X 2 mm. (+/- 0,2 mm.) ölçülerinde özel yüzey işleminden geçirilmiş herhangi bir boya ya da kaplama malzemesi ile kaplanmamış özellikte paslanmaz çelik borudan yapılmış olmalıdır.
Tekerlekli sandalyenin dıştan dışa; yerden en yüksek noktası 100 cm. (+/- 5 cm), en geniş noktası 68 cm. (+/- 3 cm.), ayak ucundan sırt kısmına en derin(uzak) noktası 103 cm. (+/- 5 cm.) olmalıdır.
Tekerlekli sandalyenin sırt pedi, oturma pedi ve kolçakları dokununca yumuşak his veren malzemeden olmalıdır.
Tekerlekli sandalyede oturma pedinin en geniş yeri 48 cm. (+/- 2 cm.), en derin yeri 46 cm. (+/- 2 cm.) olmalıdır.
Tekerlekli sandalyede oturma pedi üst yüzeyinin yerden yüksekliği, oturma ergonomisi için en yüksek noktada 48 cm. (+/- 2 cm.), en düşük noktada 42 cm. (+/- 2 cm.) olacak şekilde eğimli olmalıdır.
Tekerlekli sandalyede hastanın yaslanma konforu için ergonomik yapıda ve sırt pedinin en geniş yeri 43 cm. (+/- 2 cm.), en derin yeri 29 cm. (+/- 1,5 cm.) ölçülerinde olmalı, yere en yakın yerinin yerden yüksekliği 62 cm. (+/- 3 cm.), yere en uzak yerinin yerden yüksekliği 91 cm. (+/- 3 cm) olmalıdır.
Tekerlekli sandalyede kolçaklar arası içten içe mesafesi 46 cm. (+/- 2 cm.) olmalıdır.
Kolçakları hasta transferi esnasında sırt tarafına doğru açılır kapanır hareketli olmalıdır.
Ayak basma yeri plastik enjeksiyon malzemeden olmalı ve üzerinde yük yokken (hasta binerken ve inerken ayağını çekmesi ile) kendiliğinden hasta güvelliği için yukarı doğru hareket ederek kapanma özelliği olmalıdır.
tekerlekli sandalyenin ayak basma yerinin en geniş noktası 25 cm. (+/- 1,5 cm.), derinliği 22 cm. (+/- 1,5 cm.) olmalıdır.
Tekerlekli sandalyenin, el tutma yeri altında bir tutamaç ile bir kere çekip bırakma ile sabitlenecek, bir kere daha çekip bırakma ile serbest kalacak (çıt çıt sistemi) freni olmalıdır.
Hasta güvenliği için emniyet kemeri olmalıdır.
Önünde 2 adet, arkasında iki adet olmak üzere 4 (dört) adet tekeri olmalıdır.
Ön tekerleri 125 mm. (+/- 10 mm.) X 30 mm. (+/- 2 mm.) ölçülerinde dolgu teker, arka tekerleri 200 mm. (+/- 10 mm.) X 50 mm. (+/- 2 mm.) ölçülerinde dolgu teker olmalıdır.
Tekerlekli sandalyenin kolay hareket kabiliyeti için ön tekerleri sarhoş özellikte her yöne dönebilir olmalı, arka tekerlekleri sadece ileri geri hareket etmelidir.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nöroloji Uzmanı
Biyomedikal Teknikleri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARCAN
Biyomedikal Teknikleri

Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Halil İŞLEYEN
Elektrik ve Elektronik Teknikleri

Tekerlek tutucu ön forklar (maşa) palastik enjeksiyon, arka forklar (maşa) paslanmaz çelik malzeme üzeri plastik enjeksiyon kapak ile kapatılmış olmalıdır.

Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı olmalıdır.

Tekerlekli sandalyenin oksijen tüpünün taşınmasına uygun olacak, sandalyeye zarar vermeyecek şekilde aparat bulundurması gerekmektedir.

USB kedi verilecektir. USB kayıtlı olmalıdır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Raza DURMUŞ
Biyomedikal Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARGAN
Biyomedikal Teknikeri

Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Halil İŞLEYEN
Elektrik ve Elektronik Teknikeri