

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.06.2026

Sayı: 575

Konu: 2 ADET BOBATH REHABİLİTASYON YATAĞI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.07.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA KARYOLALARI, BOBATH KARYOLASI MOTORLU TEK BÖLMELİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kışı / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış hâlinde (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış hâlinde (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ BOBATH REHABİLİTASYON YATAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Birimi tarafından Fizik Tedavi Ünitesinin ihtiyacı olan madde 2'deki teknik özellikleri belirtilen malzemelerin alımı için hazırlanmıştır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Yatak üzerinde egzersiz yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.Yatağın baş kısmı bağımsız olarak yukarı kalkabilmeli ve baş yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
2. Yatağın platformunun yerden yüksekliği 55 cm - 100 cm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
3. Yatağın yüksekliğini ayarlayan sistem elektrikli motorlu olmalıdır.
4. Yatağın alt taşıyıcı iskeleti klinikteki diğer yardımcı aletlerin (tekerlekli sandalye, terapist sandalyesi gibi) cihaza yanaşıp hasta transferi veya eğitimi için uygun yükseklikte ve şekilde olmalıdır.
5. Yatak platformunun ölçüleri 90x200 ya da 100x200 cm ebatlarında olmalıdır.
6. Yatak yüksekliğinin ayarlandığı bir adet kumanda olmalıdır.
7. Yatak tekerlekli olmalı ve tekerlekler kilitlenebilir olmalıdır.
8. Yatak kilolu hastaların kullanımına da uygun olmalı, kaldırma kapasitesi en az 150 kilogram olmalıdır.

9. TIT1033 kaydı olmalıdır.

Fizyoterapist Bilal Gelik



Fizyoterapist Ahmet Ali Kandemir



Fzt. Oğuzhan Aktaş

