



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-319011562
Konu : Teklife Davet

24.06.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1500 ADET ENDOSKOPIK KAMERA KORUYUCU KILIF 14 CM X 250 CM ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03.07.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	1500 ADET ENDOSKOPIK KAMERA KORUYUCU KILIF 14 CM X 250 CM	ADET	1500		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9F98B353-715B-46E4-B556-E469A448A9D5

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



: ENDOKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIFI TEK KULLANIMLIK

- 1- Kılıf şeffaf polietilen malzemeden yapılmış olmalı ve 8 mm kalınlığında olmalıdır.
- 2- Kılıfın eni 13-14 cm genişliğinde olmalıdır.
- 3- Uzunluğu 2,3 -2,5 m olmalıdır.
- 4- Kameranın kolay geçebilmesi için kılıfta karton olmalıdır ve istendiğinde bir yere asılabilesi için karton ya da yuvarlak delik olmalıdır.
- 5- Kılıf akardeon şeklinde iç içe katlanmış olmalıdır.
- 6- Kılıf üçgen şeklinde kapama olmalıdır ve ucu perforeli olmalı ve yapışkan bandı olmalıdır.
- 7- Kılıf steril tekli poşetlerde olmalı, üretim tarihi son kullanım tarihi, ürünün barkod numarası, ne ile sterilize edildiği, lot numarası olmalıdır.
- 8- UBB kaydı olmalıdır. UBB kodu faturada belirtilmelidir
- 9-Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3. Maddesinin o bendinde belirtilen endoskopik kamerada kullanılmak amacıyla alınacaktır.
- 10- Ürün Faturalandırılırken İhaleye çıkılan ürün ismi ile faturadaki ürün ismi aynı olmalıdır.
- 11-NUMUNE ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Neşat DURMUŞ
Biyomedikal Tekniker

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARGAN
E. Medikal Tekniker

Yekta YURHAN
E. Medikal Tekniker