

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.06.2026

Sayı: 579
Konu: REZERVUARLI DRENAJ SETİ (25CC 6F) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.07.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DRENAJ SETİ, DREN VE REZERVUARLI, PVC, TEKLİ, 25CC, 6F			150	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1253 DRENAJ SETİ, DREN VE REZERVUARI

SMT Temel İşlevi:	1. Düşük basınçlı yara drenajı sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Rezervuar kapasitesi 25 ml olmalıdır. 3. Ürünün, dren kısmı silikon veya PVC olmalıdır ve x-ray görüntülenebilir olmalıdır. 4. Dren seti: iğnesi tek trokar iğnesi içermelidir. 5. Ürünün boyu 6 F olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Her parça kolayca monte edilebilir olmalıdır .Trokalar ile dren birleşim yerleri uyumlu olmalıdır. 7. Rezervuarı körüklü olmalıdır. Vakum haznesi kullanım sırasında hava almamalıdır 8. Rezervuarı sıkıştırıldığında negatif basınç sağlamalıdır. 9. Drenin doku içinde kalacak kısmında en az 10 delik bulunmalıdır ve bu bölgede king yapmamalıdır. 10. İğneler dokudan kolay geçebilir ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürün Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilir şekilde ayrı paketlenmiş olmalıdır. 12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır. 13. Bir adet numune gönderilmelidir.

Sibel BORAN
[Signature]

Ayfer Gök
[Signature]