

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

29.06.2026

Sayı : 50
Konu : 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIML.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.07.2026 saat: 10:30 'akadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 50 MM DİSPOSABLE, KİLİTSİZ, (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI			30000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

**MALZEMENİN
ADI**

**DENTAL ENJEKTÖR 2,5ML 27G (GRİ) 50 MM KİLİTSİZ DİSPOSABLE
(TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI**

**FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ**

- 1- Tek kullanımlık ve non toksik PVC den yapılmış olmalıdır.
- 2- İğne ucu paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 3- Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, ıslandığında silinmemelidir.
- 4- Piston kolay hareket ediyor olmalıdır.
- 5- Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalı, enjektör ambalajları birbirinden ayrılırken diğerinin ambalajı bozulmamalıdır.
- 6- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 7- CE belgeli olmalıdır.
- 8- İğnesi en az 27 G 40x50 mm olmalıdır.
- 9- En az 2,5 ml olmalıdır.
- 10- Denemek için numunesi olmalıdır.
- 11- Numuneler ihale komisyonu , ilgili birimin Uzman hekimleri veya diş hekimleri tarafından denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**ÜRETİM TARİHİ
VE MİADİ**

1. Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
2. Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
3. ÜTS kaydı olmalıdır.

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

1. Tüm ürünlerin MEDULA sistemine kaydı ve "Sağlık Bakanlığından Onaylıdır" belgesi olmalıdır. Ürünlerin her poşetinin üzerinde MEDULA barkod numarası bulunmalıdır. İhale listesinde bulunan kimyasal ürünlerin tümünün "Ürün Güvenlik Formu" bulunmalıdır ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
2. Tüm ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığından Onaylıdır" belgesi olmalıdır. Ürünlerin her poşetinin üzerinde UBB BARKOD NUMARASI bulunmalıdır.
3. Teklif edilen ürünler şartnamede belirtilen miktar, sayı ve sterilizasyon özelliklerine aynen uyacak şekilde olmalıdır (Ör:100'lük paket ise 100'lük paket olmalı, 5 lt ise 5 litre gibi).
4. Şartnamede istenilen ürüne ait rapor ve dokümanlar koli içerisine hangi numuneye ait olduğu belirtilerek konulmalıdır.
5. Malzeme, orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, teknik özellikleri ve UBB kodu belirtilmelidir.
6. Etiketler, kullanım kılavuzları, ürün güvenlik bilgi formları olmalıdır.
7. Malzemelerin paketleri üzerinde ölçütleri, kod numaraları, sterilizasyon şekli ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
8. Malzemelerin paketleri üzerinde ürün özelliklerini ve firma bilgileri belirtilmelidir.
9. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaraları dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir.
10. Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe prospektüs olmalıdır (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:5).
11. Mevcut ihale kanunlarının tüm genel hükümlerine uyum sağlanmalıdır.
12. Tüm ürünlerin numuneleri incelenip denendikten sonra uygunluk durumu bildirilmeli ve alımı yapılmalıdır.
13. Yüklenici firma numune verdiği ürünle, teslim ettiği ürünün aynı olmasını sağlamakla yükümlüdür.
14. Ürün paketleri ısı ve nemden etkilenmeyecek biçimde yapılmış olmalı, ambalaj çabuk yırtılıp deforme olmamalıdır.
15. Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
16. Numunelerin üzerinde üretici firmanın ismi, malzemenin ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, boyutları, tel sayısı ve koli içi adedi açıkça yazmalıdır.
17. Gerekli görüldüğü taktirde teklif edilen malzemelerin içerik ve uygunluk analizleri ilgili üniversite ve akredite kuruluşlarda yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırılacaktır..

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE