

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı:

29.06.2026

Konu: Medikal Oksijen-Vakum Ve Kompresör Sistemleri
12 Aylık Parça Hariç Periyodik Bakım Onarım Hizmeti

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.07.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Medikal Oksijen-Vakum ve Kompresörlerin Bakım Onarımı	4	bakım		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

12 Aylık Medikal oksijen-Vakum ve Kompresör Sistemleri Parça Hariç Bakım Onarım Hizmeti
Alımı
Teknik Şartnamesi

1. İŞİN TANIMI:

Bu teknik şartname, Tutak İlçe Devlet Hastanesinde bulunan Medikal Oksijen- Vakum ve Kompresör Sistemlerinin 12 aylık parça hariç olmak üzere 4 periyodik bakım-onarımları ile gerekli kontrollerinin yapılması işini kapsar.

2. TANIM VE KISALTMALAR:

2.1. TANIMLAR

- a) Tıbbi Cihazlar/Demirbaş cihazlar: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nde yer alan ve sağlık tesislerindeki Demirbaşına kayıtlı ve ekte listelenen tüm cihazlardır
- b) Yedek Parça: Ait olduğu ana cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi, aslının bozulmaması ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli olan ve ana cihazla tam uyumlu çalışan her türlü elektrik, elektronik, mekanik, cam, kompozit, deri, plastik, lastik, yağ, filtre ve tekstil ürünü parçadır.
- c) Arıza: Herhangi bir zamanda cihazın herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik olarak üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilecektir.
- d) Bakım: Cihazın arızalanmasını önlemek ve verimliliği artırmak amacıyla; cihazın gözle kontrol edilmesi, fonksiyonlarının testi, teknik ömrünü tamamlayan parçaların değiştirilmesi, ayarların yapılması, toz ve partikül temizliği yapılmasını kapsayan işlemdir.
- e) Onarım ve tamirat: Cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesine engel olan hususun ortadan kaldırılması faaliyetlerinin tümüdür.
- f) Bakım - Onarım Formu: Yüklenici tarafından yapılan işlemlerin tamamının yazıldığı, yüklenicinin ve faaliyeti gerçekleştiren çalışanlarının bilgilerinin bulunduğu formdur.

2.2. KISALTMALAR:

- a) Bu teknik şartnamede "Medikal Gaz Sistemleri" ifadesi yerine bu maddeden itibaren "cihazlar" ifadesi kullanılacaktır.
- b) Tutak İlçe Devlet Hastanesi bundan sonra "İdare" olarak anılacaktır.
- c) Bakımı ve onarımı gerçekleştirecek olan firma bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır.

B. GENEL ÖZELLİKLER

1. PERİYODİK BAKIM ONARIM

- a) Periyodik ve koruyucu bakımlar, 3 ayda bir olmak üzere düzenli olarak yapılacaktır ve firma bu dönem içinde hangi gün kuruma geleceğini gelmeden 2 iş günü öncesinde kuruma faks-telefon veya mail ile bildirecektir. Firma tespit edilen bu tarihi kurumun yetkili gözetim elemanının yazılı onayı olmaksızın değiştiremez.

Yüklenici
Yüklenici

Alı Cengiz Ciftci
1
Teknik Şartname
Amir

c) Yüklenici, her bir cihaz için standart bir periyodik bakım programı hazırlayacak ve aynı periyodik bakımlar esnasında nelerin kontrol edileceğini başlıklar halinde önceden belirleyerek idareye yazılı olarak bildirecektir. Bu liste kurum gözetim elemanı ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır

c) Yüklenici, her bir cihaz için, üzerinde Cihazın Adı, Marka-Model, Seri No ve Kullanıldığı birimin bilgilerinin yazılı olduğu "Cihaz Bilgi Kart" ı açacak ve bu karta cihaza yapılan periyodik bakımlar ve sair müdahaleler tarih ve kısa açıklama ile not edilecektir.

d) Periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonlar yüklenici firma tarafından teknik şartnamede istenilen yeterlilik ve yetki belgeleri ekte bulunan cihazların tamamının marka modeline hizmet verecek yeterlilikte olması ve belgelerini bunu kabul eden beyanname ile teknik şartnameye uygun hizmet verebileceğini ibraz etmelidir.

2. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

2.1. SERVİS HİZMETLERİ:

a) Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda kurumun tayin edeceği yetkili elemanlarının gözetiminde yapılacaktır. Kurumun yetkili elemanın gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmeyecektir. Bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüshalı firmaya ait servis formu düzenlenip bu formların,

Bir nüshası, kurumun tayin edeceği yetkili gözetim elemanında kalacak

Bir nüshası ise fatura ile birlikte satın alma birimine gönderilecek

Bir nüshası yüklenicide kalacak

Nüshalarda firma kaşesi, cihazın bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, kurumun tayin edeceği gözetim elemanının ve firma servis elemanının imzaları olmalıdır. Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin yapıldığı ve personel tarafından yapılan müdahalelerin işe başlama ve bitirme saatleri açık olarak gösterilecektir.

b) Servis hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

c) Firma cihazların bakım ve onarımında kesinlikle kaliteli ve benzer cihazlarda kullanılan CE belgeli ürün kullanmalı. Orijinal yedek parçanın temininin mümkün olmadığı durumlarda, firma kurumun yazılı onayını almak zorundadır.

d) Bakım ve onarımda arızalı olduğu tespit edilen ve yenisi ile değiştirilmesi gereken arızalı parçalar için firma kuruma fax/e-mail yolu ile arızalanan parçayı bildirecek. Parçayı kurum temin edip firma ücretsiz şekilde değiştirecek.

e) Kullanılacak olan, her türlü yedek parça en az 2 yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde, bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile, arızalanan parça kullanıcı hatası olmadığı takdirde firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

f) Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir.

g) Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

h) Yüklenici cihazların elektrik güvenlik ve voltaj testlerini yapıp gerekli önlemleri her bakımda almalıdır.

i) Acil arıza durumlarında gerekli olursa yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul edecektir. Ayrıca, Yüklenici kendi isteği ile iş saatleri dışında veya tatil günlerinde çalışırsa (Bayramlarda ve resmi tatil günleri de dahil) veya arıza bakımı nedeniyle tatil günlerinde ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa veya normal çalışma saatlerinde başlamış bir çalışma iş saatleri dışına taşarsa, bu normal iş saatleri dışındaki çalışmalar için; her ne şart altında olursa olsun ek ücret ve teknisyenin seyahat masraflarını ve benzeri giderleri talep etmeyecektir.

J) Servis hizmeti sonunda, çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Yusuf Çiftçi
Yük.

Ali Caner Çiftçi
2
Teknisyen
—

k) Yüklenici firma bakımı yapılan cihazların yanlış kullanımlarının önüne geçmek için gerekli görüldüğü takdirde hastanede ilgili cihaz grubuyla ilgili olarak eğitim vermelidir.

l) Yüklenici firma ilgili cihazların bakımını yaparken kullandığı cihazların doğruluğundan emin olmak zorundadır.

m) Yüklenici firma cihazların bakımlarını hastanede yapmalı bakımı hastanede mümkün olmayan cihazların bakım ve arızalarının giderilmesi için teknik servis merkezine almak için idareye servis formuyla birlikte bilgi verdikten sonra idarenin onayıyla götürecektir.

C. ARIZAYA MÜDAHALE

1. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

Herhangi bir zamanda Cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak kabul edilecektir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

a) Cihazlar ayrı ayrı liste halinde belirtilmiştir. Sık arızalanması ve hayati önem taşıması sebebiyle Yüklenici firma söz konusu cihazlar ve/veya benzer cihazlar için gerekli yetki ve Sertifikası olması zorunludur.

b) Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazlarda arıza meydana gelmesi halinde, kurum yetkilisi, firmayı, fax veya e-posta ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurumun kayıtları esas alınır. Arıza bildiriminin ardından, yüklenici en geç 4 saat içinde cihaza müdahale edecektir.

c) Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı cihaz müdahaleden itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içinde tamir edilmiş olmalıdır.

d) Yedek Parça arızalarında yurt içinde bulunduğu takdirde en geç 1 hafta içerisinde arızalı parça idare onayıyla değiştirilmeli ve cihaz aktif hale getirilmelidir.

e) Yüklenici firma rutin bakımda veya sonraki kuruyucu bakımlarda ihtiyaç duyulan yedek parçaları ve bakım malzemelerini idareye servis formuyla bildirecektir. idare piyasa araştırmasına çıkacak olup, yükleniciden de fiyat alacaktır, piyasa araştırması sonucu nereden alınırsa alınsın yüklenici firma teknik birim nezaretinde yedek parçaları kullanmak ve montajlarını ücretsiz etmekle yükümlüdür; gelen parçanın uyumlu olmaması durumlarında da servis formu veya tutanakla birlikte uyumsuzluktaki aksaklık ve farklılığı idareye yazılı bildirecektir.

D. İSTENEN BELGELER

a) Teklif veren firma listede belirtilen cihazların üretici yada distribütör firmalarından alınmış **"Yetkili Servis Belgesini"** ve/veya ilgili cihaz gruplarıyla alakalı başka markalarda **yetkili servis belgesini ve eğitim sertifikaları, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini, Bakım Yapacak Personele ait üts kaydı ve**

Teklif veren firma listede belirtilen cihazların üretici yada distribütör firmalarından alınmış "Yetkili Servis Belgesini" veya "Eğitim Sertifikasını" ve/veya benzer cihazlar için alınmış yetkili servis ve eğitim belgelerini teklif mektubuyla birlikte vermekle yükümlüdür.

Yukarıda yazılan belgeler teklif mektubuyla birlikte ibraz edilmelidir. Belgeleri olmayan ve bunu ibraz edemeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yusuf Ciftci
yjh

Ali Cengiz Ciftci
Pehlivan
[Signature]

a) Arıza bildiriminin ardından belirtilen süreler içerisinde cihaza ilk müdahale yapılacaktır. Geç müdahale edilen her 24 saat için ilgili cihazın periyodik bakım/onarım sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza, firmanın ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilecektir.

b) Müdahale süreleri aşıldığı halde cihaz çalışmadığında veya periyodik bakımların yapılmaması durumunda gecikilen her gün için ilgili Cihazın periyodik bakım/onarım sözleşme bedeli üzerinden ceza kesilerek tahakkuk ettirilecektir. Bu cezalar firmanın ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilecektir.

c) Cihazın servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı yedek parça ücreti yükleniciye ait olmak üzere ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.

F.) BAKIMI YAPILACAK MAKİNE VE MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ

- Medikal oksijen sistemi 5+5 O2 rampa odası
- Medikal Azot sistemi 2+2 azot rampa odası
- Medikal kuru hava kompresör sistemi 1+1 / 2 adet x11 kva
- Medikal vakum sistemi 2 adet x 100m3 vakum pompası
- Çift rampalı kimyasal tip kurutucu sistemleri 2 rampalı 1 adet
- 25 yataklı Hastane geneli medikal yatak başı üniteleri (Oksijen- azot-Hava-Vakum) Acil Servis-Günü birlik hasta odaları-Yatan hasta odaları ve poliklinikler vb. Tüm flowmetre, tüm terapi başlıkları, regülatör ve diğer tamamlayıcı tüm parçalar aylık bakım ve kontrolleri kapsamaktadır.

güvenli sistemler
taahhüt
yapılıyor

Ali Caner Çiftçi
Tebrikatçı
[Signature]