

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.06.2026

Sayı: 588
Konu: YENİDOĞAN ACİL BEBEK HEMŞİRELİĞİ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM HİPOTERMİ BLANKETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.07.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİPOTERMİ BLANKETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) -S			40	Adet		
2	HİPOTERMİ BLANKETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) -M			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HİPOTERMİ ÖNLEYİCİ STERİL TULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün yenidoğan bebekler için olası tüm çevresel hipotermi faktörlerinden koruyarak etkili bir termoregülasyon sunmalıdır.
- 2.Ürün, yenidoğan bebeklerde vücut ısısının korunmasını sağlayacak yapı ve tasarımda olmalıdır.
- 3.Ürün, bebeğin anatomik olarak doğru bir şekil alması ve güvenilir bir sabitleme için çift katlı polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır.Dış katmanı 50 mikron,iç katmanı 30 mikron ölçüsünde olmalıdır.
- 4.Ürün,bebeğin cildini ve nefes hareketlerini izlemek için tamamen şeffaf olmalıdır.
- 5.Ürünün merkezinde bulunan cırtlı yapısı açıklık sağlayarak medikal ekipmanların yönetimini kolaylaştırmalıdır.
- 6.Ürün,ayarlanabilir başlığı sayesinde bebeğin kafasına tam uyumlu sabitlenmeli ve hava akışını önlemelidir.
- 7.Ürünün sırt kısmında bebeğin havayolunu açık tutmaya yardım olaniletim yoluyla ısı kaybına karşı bariyer oluşturan ve bebeğe rahatlık sunan ,önceden şekil verilmiş poliüretan materyalde köpük bulunmalıdır.
- 8.Ürün,farklı doğum ağırlığındaki bebekler için 3 farklı ebatta seçilebilmelidir.
 - .1 kg ağırlığın altındaki bebekler için 30X38cm ebatında küçük boy
 - .1kg ile 2.5kg ağırlığındaki bebekler için 38x44cm ebatında orta boy
 - .2.5kg ağırlığın üzerindeki bebekler için 38x50cm olmalıdır.
 - .Medium boy için 38x44cm, Large boy için 38x50cm olmalıdır.
- 9.Ürün CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
- 10.Ürün, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 11.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.

Sevgi Avcı
[Signature]

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Zeynep Gizem ÇANAKKAL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 242786 - Uzm.Tes.No: 188136