

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

08.07.2026

Sayı : 53
Konu : 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIML.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.07.2026 saat: 11:00 'akadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ			50	Adet		
2	STERİLİZASYON RULOSU 7.5CMX200M DÜZ			120	Adet		
3	ASİT JEL HAZIRLAYICI ŞİRINGA TİP			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KANAL DOLGU PATİ KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN PAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doğrudan ve dolaylı olarak pulpayı örtülemek için kullanılabilen materyaller adezivlerin, verniklerin, dolgu materyallerinin, simanların ve diğer restorasyon materyallerinin altında koruyucu olarak kullanılabilmelidir.
2. Esas madde ve sertleştirici katalizör içeren iki ayrı tüp halinde, karıştırıcı kâğıdıyla beraber orijinal ambalajında paketlenmiş olmalıdır.
3. Esas maddeyi içeren tüp en az 11 gr, katalizörü içeren tüp en az 11 gr olmalıdır.
4. Esas madde ve katalizör tüpün kapakları farklı renklerde olmalıdır.
5. Eşit miktarlarda kâğıt üzerinde karıştırılabilen esas madde ve katalizör kaviteye kolayca uygulanmalı ve uygulanan madde Radyopak ve aside karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az 2 yıl olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajında paketlenmiş olmalıdır.
8. Kutusunun üzerinde markası, üretici firması, son kullanma tarihi, CE belgesi ibaresi ve paket içeriği yazılı olmalıdır.
9. Kullanma kılavuzu numune ile beraber verilecektir. Teslimat sırasında muayene komisyonuna ürünle birlikte verilecektir.
10. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
11. **Ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.**
12. Ürünler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olmalıdır ve bildirimini fatura miktarı üzerinden yapılmalı.
13. Klinik kullanıma uygun olmalıdır.

Dr. Ferdi DİZ
Ağrı Ağrıve Dış Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tıp. No: 47738

Dr. Ferdi DİZ
Ağrı Ağrıve Dış Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tıp. No: 47738

Dr. Ferdi DİZ
Ağrı Ağrıve Dış Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tıp. No: 47738

Dr. Ferdi DİZ
Ağrı Ağrıve Dış Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tıp. No: 47738

STERİLİZASYON RULOSU ŞARTNAMESİ

- 1- Rulolar etilenoksit ve buhar indikatörlü olmalı renk değişimi net olmalıdır.
- 2- 60 gr/m² medikal kraft kağıt diğer tarafı kopolimer filminden üretilmiş olmalıdır.
- 3- Beş kattan oluşan filmi (min.50 mikron) diğer iki katmanlı filmlerden daha dayanıklı ve esnek olmalıdır, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.
- 4- Filmin dış polyester (PET) katman yüksek ısı dayanımı sağlarken alttaki polipropilen (PP) esaslı katman yüksek sağlamlık, esneklik ve kolay açılabilme özelliklerinin yanında yüksek yalıtım ve yırtılma direnci sağlamalıdır.
- 5- Paketlenmiş ürünler şeffaf filmten rahatlıkla görülebilmelidir.
- 6- ISO 11140-1 göre uygulanmış işlemci indikatörleri bulunmaktadır.
- 7- İndikatörlerin renk değişimleri net olmalıdır.
- 8- Vakum sistemli otoklavda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalıdır. Bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalıdır. Steril edilen paketin açılması esnasında oluşan tozlanmadan ötürü doğan kontaminasyonu minimuma indirmelidir.
- 9- Gaz ve buhar indikatörleri, kağıt ile film arasında kenarda olmalı, yerleşimleri asıl sterilizasyon bölgesinin dışında kalmalıdır.
- 10- Rulolarda açılma yönü bulunmalıdır.
- 11- Ürün ISO 9001:2000 ve CE belgeli olmalıdır.
- 12- Ruloların eni 7,5 cm boyu 200mt uzunluğunda olmalıdır.

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İbrahim YILMAZ
Sterilizasyon Personeli

VAHİT DAĞ
Sterilizasyon Personeli



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

**MALZEMENİN
ADI**

ASİT ETCHİNG (FOSFORİK ASİT)

**FİZİKSEL VE
KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ**

**DEPOLAMA
ŞARTLARI**

**KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİKLERİ**

1. Fosforik asit içermelidir.
2. Fosforik asit oranı %30-37 aralığında olmalıdır.
3. Jelin ayırt edilmesini sağlayacak şekilde renk pigmenti ihtiva etmeli,
4. Mavi veya belirgin ayırıcı bir renge sahip olmalıdır.
5. Jel kıvamında olmalıdır. Dik yüzeye tatbik edildiğinde aşağı doğru akmamalı, damlamamalı, yatay yüzeyde etrafa dağılmamalı.
6. Diş ve kaide materyallerine yapışmamalıdır.
7. Yıkanması, riten uzaklaştırılması kolay olmalı, bulaşmamalıdır.
8. En az 2,0 ml lik enjektörlerde bulunmalıdır.
9. Enjektör ucundan her enjektör için en az 10 adet yedek bulunmalıdır.
10. Kullanım amacına uygun olmalıdır.
11. Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalı,
12. İhaleyi alan firma Türkçe kullanma kılavuzu vermek zorundadır.
13. Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan malzemenin genel özelliklerini ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün özellikler taşıyan yeni ve değişik versiyonları da teklif edilebilir.
14. Muayene komisyonu tarafından muayene süresince tespit edilemeyen, yani zaman içerisinde klinik çalışmaları ile tespit edilebilecek problemlerden dolayı, şartnameye uygun olmadığı görülen sorunlu mal, sorunsuz olan yenisi ile gramaj ve adet farkı olmadan ve hiçbir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.
15. Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vs yapıştırılmamalıdır.
16. Numuneler ihale komisyonu, ilgili birimin Uzman hekimleri veya diş hekimleri tarafından denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADİ**

- 1-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 2-Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

**AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI**

Orijinal ambalajında olmalıdır.

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

- 1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
- 2-Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna Göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
- 3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, Hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

Dr. Gökhan DEMİR
Ağrı Ağız ve Diş Sağ. Merkezi
Dip. No: 47728

İMZA - KAŞE

Dr. Feriye BİÇAR
Ağrı Ağız ve Diş Sağ. Merkezi
Dip. No: 2016-150027

İMZA - KAŞE

Dr. Feriye YILDIZ
Ağrı Ağız ve Diş Sağ. Merkezi
Dip. No: 49186