



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-321187946
Konu : Teklife Davet

13.07.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM HEMODİYALİZ SOLÜSYONU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.07.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEXME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BİKARBONATLIKONSANTRE BAZİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 6 LT	ADET	1000		
2	KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 2 K 1,25 CA GLUKOZLU 5 LT	ADET	1000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 3869860E-8A7E-4ECF-A01E-92BDFAC7A6DD

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



SMT1735-HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI (ASİDİK/BAZİK)

SMT Temel İşlevi:	1. Hemodiyaliz solüsyonları; akut vekronik böbrek yetmezliği tedavisinde kullanıma uygun özellikte, en az bir seans hemodiyaliz işlemi sırasında yeterli dozda kullanıma uygun olmalıdırlar.																
SM malzeme tanımlama bilgileri:	Asidik Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu 2. Her litre Asidik solüsyonda aşağıda belirtilen konsantrasyonlarda elektrolitler <table><tr><td>Na</td><td>138-140 mmol/Lt</td></tr><tr><td>K</td><td>1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/Lt</td></tr><tr><td>Ca</td><td>1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/Lt</td></tr><tr><td>Mg</td><td>0,5-1 mmol/Lt</td></tr><tr><td>Cl</td><td>106-113 mmol/Lt</td></tr><tr><td>Asetik asit</td><td>2-8 mmol/Lt</td></tr><tr><td>HCO₃</td><td>30-33 mmol/Lt</td></tr><tr><td>glukoz</td><td>0-2g/Lt</td></tr></table> bulunacaktır: 3. Asidik solüsyonlar 5litre veya 8litrelik ambalajlarda tedarik edilecektir. 4. Asidik solüsyonlar, malzeme tanımlarında belirtilen kalsiyum, potasyum ve glikoz değerlerine uygun şekilde hazırlanacak ve kullanıcıya teslim edilecektir. 5. Asidik Solüsyon ambalaj kapakları ve üzerindeki etiketler kırmızı renkte olacaktır.	Na	138-140 mmol/Lt	K	1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/Lt	Ca	1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/Lt	Mg	0,5-1 mmol/Lt	Cl	106-113 mmol/Lt	Asetik asit	2-8 mmol/Lt	HCO ₃	30-33 mmol/Lt	glukoz	0-2g/Lt
Na	138-140 mmol/Lt																
K	1 veya 2 veya 3 veya 4 mmol/Lt																
Ca	1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/Lt																
Mg	0,5-1 mmol/Lt																
Cl	106-113 mmol/Lt																
Asetik asit	2-8 mmol/Lt																
HCO ₃	30-33 mmol/Lt																
glukoz	0-2g/Lt																

Ecz. İsmail DEMİR
Diy. No: 2017/27640
T.C. Sağlık Bakanlığı

Elvan Sedik
1

	Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu 6. Her 1000 ml bazik bikarbonat çözeltisi 84 gram sodyum bikarbonat içermelidir. 7. Bazik bikarbonat solüsyonlar 6 litre veya 10 litrelik ambalajlarda tedarik edilecektir. 8. Bazik solüsyon ambalaj kapakları ve üzerindeki etiketler mavi renkte olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	9. Bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu asidik konsantre solüsyon ve Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu olarak ikisi bir takım oluşturmalıdır. 10. Solüsyonlar kilitli kapak sistemi olan polietilen bidonlarda bulunmalıdır. Renkleri berrak olmalı ve bu sisteme uygun orijinal kapak anahtarı bulunmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Solüsyonlar, yapılacak talepten sonra en fazla 10 gün içerisinde üretilmiş taze solüsyonlar olmalıdır. 12. Solüsyonların konduğu kaplar sağlam, dayanıklı, orijinal ambalajında olmalıdır. 13. Solüsyonların taşınması, depolanması ve saklanması sırasında düşme, dökülmegibi kamu zararına yol açabilecek riskler engellenecek şekilde teslimat yapılmalıdır. Bu kapsamda delik, eksik, ince duvarlı, etiketi okunmayan, orijinal ambalajı olmayan bidonlar teslim alınmayacaktır. 14. Ürünün uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek hasar, zarar ve eksiklikler tedarikçiye ait olacaktır. 15. Solüsyonlar, sağlık tesislerimizdeki hemodiyaliz cihazlarında denendikten sonra uygunluk verilecektir. 16. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı veya bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmekle yükümlüdür. 17. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık olmalıdır. 18. Ürün ambalajı üzerinde solüsyonun imal tarihi ve son kullanma tarihi UBB ve LOT bilgisi açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Ecz. İlhan DEMİR
Dip. No: 2017/1270
Tescil No: 2017/1270

Elvan Serdar
2

19. Solüsyonların alüminyum (Al^{3+}) içeriği güvenilir bir laboratuvar tarafından belgelendirilmelidir. Al^{3+} içeriğinin 0.1 ppm'den düşük olduğunu gösteren analiz raporu malzeme ile birlikte gönderilecektir.

Ecz. İhan DEMİR
Dip.No:2017/37640
Tescil No:47670

Elmas Serhat
D