



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-321274988
Konu : Teklife Davet

13.07.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET CHART PROJEKTÖR ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **16.07.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEXME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PROJEKTÖR, CHART PROJEKTÖR	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 7CD97076-5AC3-4520-BC66-AE8B0FC61B8B

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



CHART PROJeksiYON EŞELİ TEKNİK SARTNAMESİ

- 1.Uzaktan kumandalı ve programlanabilir olan projeksiyon eşelinde göz muayenesi için gerekli olan her türlü eşel bulunmalıdır.
- 2.Sistem içerisinde en az 30 adet standart eşel bulunmalıdır.
- 3.Bir adet açma,5 adet yatay, 5 adet dikeyve 20 adet tek mask bulunmalıdır.
- 4.Kablosuz uzaktan kumandanın yardımıyla işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanmalıdır. Aynı zamanda cihazın program özelliği kullanılarak daha sağlıklı ölçümler yapılabilmelidir.
- 5.Cihazın istenilen şekilde düzenlenebilen 3 veya 2 adet programı bulunmalıdır.
- 6.Parlak ve yüksek çözünürlümlü mercekler, perdede net bir görüntü oluşturmali böylelikle işlemlerin hassas olması sağlanmalıdır.
- 7.Projeksiyon eşelinin aydınlatması 3W LED lamba ile yapılmalı veya 12V 50W halojen lamba ile yapılmalıdır. Halojen aydınlatmalı sistemlerde 3 adet yedek lamba ile aydınlatma sistemli cihazlarda 1 adet yedek ampul verilmelidir.
- 8.Plaka dönme hızı 0,03 veya 0.02 ve ya 0.014 saniye olmalıdır.
- 9.Projeksiyon büyütmesi 5 metrede 30X olmalıdır.
- 10.Projeksiyon eşel boyu 5 metrede en az 200 cd/m2 veya 275mm çapında olmalıdır.
- 11.Projeksiyon mesafesi en az 3.0-6.0 m aralığında olmalıdır.
- 12.Cihaz kullanılmadığı 5 ile 15 dakika arasında otomatik olarak kapanmalıdır.
- 13.Cihazda yeşil ve kırmızı filtreleri bulunmalıdır.
- 14.Cihaz, aynı marka foroptere bağlanabilmeli ve foropterin kumanda paneli ile chart projektör kumanda edilebilmelidir.
15. UTS kaydı olmalıdır. UBB kodu faturada belirtilmelidir.

Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt
Devlet Hastanesi
Dr. Ahmet Yusuf GÖKTAŞ
Göz Doktoru
Dip.Tes.No: 186495

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nörolog
Fizyoterapist Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BASARGAN
Fizyoterapist Teknikeri