



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-321929097
Konu : Teklife Davet

20.07.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 1 M³ (ADET) YARA DEBRİDMAN CİHAZLARI, YARA İRRİGASYON CİHAZI PNOMATİK (POZİTİF BASINÇ) ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22.07.2026 tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YARA DEBRİDMAN CİHAZLARI, YARA İRRİGASYON CİHAZI PNOMATİK (POZİTİF BASINÇ ALIM İŞİ	M ³ (ADET)	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 85E9F24A-198B-4A06-A32F-CCF2596E5B90

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kcp Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



Artroskopik İrrigasyon Sistemi (ArthroPump)

Teknik Şartnamesi

1. Cihazın ön panelinde açma kapama anahtarı, dijital ekran, akışı başlatan-durduran (start-stop) buton, basınç ayarlamasını yapan butonlar, basınç sensörü bulunmalıdır.
2. Cihazın ön panelinde bulunan dijital ekrandan ayarlanılan basınç seviyesi, akış hızı, ve eklemler için basınç izlenebilmelidir.
3. Cihaz mikrosesör kontrolünde olmalı ve olası arızaları ön panelinde bulunan dijital ekrandan kullanıcıya göstermelidir.
4. Ayarlanan basınç derecesi aşıldığı zaman cihaz otomatik olarak basıncı istenilen seviyeye döndürmelidir.
5. Cihaz her büyüklükte artroskopik kanül ile çalışabilecek şekilde ayarlanabilmelidir.
6. Cihaz kablolu uzaktan kumanda ile çalışabilmelidir.
7. Uzaktan kumanda ile cihazın tüm fonksiyonları çalıştırılabilmelidir.
8. Cihaz kablolu uzaktan kumanda ile yüksek akış hızı (dakikada 2lt) ve standar akış hızı (dakikada 1lt) şeklinde çalıştırılabilmelidir.
9. Cihazın eklemler içinde uygulayacağı basınç en az 30 (Otuz) ile 150 (yüzelli) mm Hg arasında ayarlanabilir olmalıdır.
10. Cihaz tek kullanımlık tubing setlerle çalışmalıdır.
11. Cihaz ile birlikte 10 adet disposable tubing set verilmelidir.
12. Cihaz isteğe göre sadece infow ve inflow/otufow disposable tubing setler ile çalışabilmelidir.
13. Cihaz 220 Volt (ikiyüzymil) ve 50 (Elli) Hz. normal şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

Op. Dr. Ümit NERİMLİ
Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt
Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 256355

Op. Dr. E. YAGBASAN
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt
Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 247839

Volkan Turkoğlu
Ameliyathane Sorumlusu