

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.07.2026

Sayı:

Konu: Sterilizasyon Cihazı 1 Kalem Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.07.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BUHAR OTOKLAVI VOLAN İÇ KAPAK GÖBEK CONTASI SİLİKON DAİRESEL	1	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Otoklav Contaı Teknik Őartnamesi

- 1- Conta EURONDA marka E9 INSPECTION RECORDER 24 L model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- İstenilen malzeme ölçüleri 28 cm çap ve 4mm kalınlığında olmalıdır.
- 3- Ürün sıfır olarak orijinal kutusunda teslim edilmelidir.
- 4- Conta 300 sıcaklığa ve yırtılma yıpranmaya karşı dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 5- Söz konusu malzemenin en az 2 yıl garantili olmalıdır.

Elbe
Aysegül Tetçen
A