

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 787
KONU : Teklife Davet

27/07/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HEMODİYALİZ İÇİN ANA KART ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29/07/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	RO CİHAZININ ANA KARTI	1	ADET		

Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

CİHAZIN ANA KART teknik şartnamesi

1. Ekran yazılım tabanı mikro işlemci kontrollü olmalıdır.
2. PCB kart ve yazılımı tamamen su arıtma cihazına özgün tasarlanmış olmalıdır.
3. Mikro işlemci kontrollü kumanda paneli ile şebeke giriş ve üretilen suyun iletkenlik ve sıcaklık değerleri ekrandan izlenebilir özellikte olmalıdır.
4. Cihazda bulunan sıcaklık, iletkenlik, basınç sensörleri, motor selenoid valf pompa ve seviye anahtarları gibi tüm parçaları yönetmelidir.
5. Ekran menüsünden ayarlar yapılabilir olmalıdır.
6. Arıza bildirimlerini hafıza tutacak özellikte olmalıdır.
7. Cihazın orijinal parçası ve cihaza uyumlu olmalıdır.
8. 380 VAC – 50 Hz ile yerel şebeke gerilimine uygun olarak çalışmalı, şebeke gerilimindeki ± 10 VAC'lik değişimlerden etkilenmemelidir.
9. Voltaj ve akım değerleri ekranda okunabilmeli ve ayarlanabilmelidir.
10. Sistemde "Safety Test" modu bulunmalıdır.
11. Rivamed HD 1500 model cihazına uyumlu olmalıdır
12. Sistemde dezenfeksiyon, durulama ve 72 saat çalışmama durumunda dezenfeksiyon hatırlatma modu bulunmalıdır.
13. İşlemci ana kart yönetmenliğinin belirtilmiştir olduğu suyun iletkenlik sınırı değeri 25 us aşılınca kullanıcıyı sesli ve görüntülü olarak uymalıdır
14. Dezenfeksiyon sonrası kalıntı testi özelliği bulunmalıdır.
15. Cihaz stop konumunda iken her 90 dakikada bir olası kontaminasyon riskini önlemek amacıyla 3 dakika süre ile otomatik çalışma ve durma özelliğine sahip olmalıdır.
16. Kontrol ünitesinin ekranı arkadan aydınlatmalı ve kolay okunabilir olmalı, gerektiğinde parlaklığı ayarlanabilmelidir
17. Kart yüksek iletkenlik verme durumunda kullanıcı sesli ve görüntülü olarak uymalıdır
18. Menüleri üzerinden tarih/saat fonksiyonlarına erişilebilmeli ve ayarlanabilmelidir.
19. Elektriğin kesilmesi ve tekrar gelmesi durumlarında, kaldığı yerden işlemine devam edebilmelidir.
20. Teklif verecek firma cihazın üreticisi veya yetkili teknik servis ünvanına sahip olmalıdır.
21. Montajı teklif verecek firma Tarafından yaparak çalışır vaziyette sorunsuz teslim edilecektir.
22. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi(diyaliz ve saf su arıtma sistemleri için)sahip olmalıdır
23. Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır
24. Yüklenici firma ISO 13485-2016 ISO 9001 -2015 ISO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
25. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
26. Tıbbi cihaz satış yetki belgesi olmalıdır.
27. Yüklenici firmanın satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır
28. Kontrol panel kartı yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra kontrol panelinden dan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.


Mücahit YAMAN
TKY


Ahmet Emin YILMAZ
TKY