

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/849
KONU : Teklife Davet

06/08/2026

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTANE İÇİN TEKERLEKLİ SERUM ASKILIĞI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/08/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

ra lo	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	TEKERLEKLİ SERUM ASKILIĞI	10	ADET		

UYGUNDUR
06/08/2026
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ

TEKERLEKLİ SERUM ASKILIĞI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

Bu teknik şartnamenin amacı, Diyadin Devlet Hastanesinde hasta bakım ve tedavi hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilecek tekerlekli serum askılıklarının teknik özelliklerini, teslim, garanti ve kabul şartlarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu şartname; yüklenici tarafından temin edilecek tekerlekli serum askılıklarının imalatını, nakliyesini, teslimini ve çalışır durumda idareye teslim edilmesini kapsar.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Genel Özellikler

- Ürün sıfır, kullanılmamış, orijinal ve güncel üretim olacaktır.
- Hastane kullanımına uygun, sağlam, uzun ömürlü ve ergonomik yapıda olacaktır.
- Ürün kolay temizlenebilir ve dezenfektanlara dayanıklı yüzeye sahip olacaktır.
- Kullanılan tüm malzemeler insan sağlığına zararlı madde içermeyecektir.
- Ürün keskin kenar ve köşe bulundurmayacaktır.

3.2 Gövde ve Direk

- Ana taşıyıcı gövde paslanmaz çelik (AISI 304 kalite) veya elektrostatik toz boyalı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- Direk minimum **25 mm** çapında sağlam metal profilden üretilmiş olacaktır.
- Yüzeyler paslanmaya, darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklı olacaktır.
- Gövde sallanma yapmayacak sağlamlıkta olacaktır.

3.3 Yükseklik Ayarı

- Serum askılığı teleskopik yükseklik ayarlı olacaktır.
- Yükseklik ayarı tek elle kolaylıkla yapılabilecektir.
- Ayar mekanizması sıkıştırmalı veya kilitlemeli sistemde olacaktır.
- Minimum yükseklik **120 cm**, maksimum yükseklik en az **220 cm** olacaktır.
- Ayarlanan yükseklik kullanım sırasında kendiliğinden değişmeyecektir.

3.4 Serum Kancaları

- Üst bölümde minimum **4 adet** serum askı kancası bulunacaktır.
- Kancalar paslanmaz çelik veya krom kaplı metal olacaktır.

Mücahit YAMAN

TKY

Ahmet Emin YILMAZ

TKY

3. Kancalar serum torbalarının güvenli şekilde asılmasını sağlayacak yapıda olacaktır.
4. Kanca uçları torbanın düşmesini engelleyecek şekilde kıvrımlı olacaktır.

3.5 Taban

1. Taban minimum **5 kollu yıldız tip** olacaktır.
2. Taban devrilmeye karşı dengeli yapıda olacaktır.
3. Taban metal veya yüksek mukavemetli darbelere dayanıklı plastik malzemeden üretilcektir.
4. Tabanın çapı minimum **55 cm** olacaktır.

3.6 Tekerlekler

1. Askılıkta **5 adet döner tekerlek** bulunacaktır.
2. Tekerlekler 360° dönebilecektir.
3. Tekerlek çapı minimum **50 mm** olacaktır.
4. Tekerlekler sessiz çalışacak yapıda olacaktır.
5. Zemine zarar vermeyecek kauçuk veya termoplastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
6. Tekerlekler kolay hareket etmeli, takılma ve sıkışma yapmamalıdır.

4. TEMİZLİK VE HİJYEN

1. Ürün yüzeyi hastanelerde kullanılan yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olacaktır.
2. Temizliği kolay olacak, kir tutmayacak yüzey yapısına sahip olacaktır.
3. Paslanma, boya dökülmesi veya yüzey deformasyonu oluşmayacaktır.

5. GARANTİ

1. Ürünler teslim tarihinden itibaren **en az 2 (iki) yıl garantili** olacaktır.
2. Garanti süresince üretim ve montaj kaynaklı arızalar ücretsiz giderilecektir.
3. Yedek parça temini garanti süresi sonrasında da en az **10 yıl** sağlanmalıdır.
4. Garanti kapsamında arızalara en geç **3 iş günü** içerisinde müdahale edilmelidir.

6. TESLİM VE KURULUM

1. Ürünler çalışır durumda eksiksiz teslim edilecektir.
2. Nakliye, yükleme, boşaltma ve kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır.
3. Teslim sırasında ürünlerde çizik, ezik veya deformasyon bulunmayacaktır.
4. Gerekli görüldüğünde yüklenici kullanım hakkında kısa bilgilendirme yapacaktır.

7. KABUL KRİTERLERİ

1. Yükseklik ayar mekanizması sorunsuz çalışacaktır.
2. Tekerlekler rahat hareket edecek ve yön değiştirecektir.
3. Askılık dengeli duracak, devrilme riski oluşturmayacaktır.
4. Kancalar sağlam ve eksiksiz olacaktır.
5. İdare gerekli gördüğü takdirde teknik uygunluk kontrolü yapabilecek ve uygun olmayan ürünleri kabul etmeyecektir.

Mücahit YAMIN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY