



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-324456060
Konu : Teklife Davet

10.08.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **4 ADET ALÇI MAKASI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.08.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEXME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ALÇI MAKASI	ADET	4		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR

Op. Dr. Metehan ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 992F7EC0-48FD-4035-8DF7-F93DD7D3EA98

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



CERRAHİ ALET TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) 20 cm ile 25 cm aralığında boyutlarda olmalıdır.
- 2) Kullanımda hareket kabiliyeti iyi olmalıdır.
- 3) Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 4) Cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin uluslararası Rockwell sertlik standartlarına göre sertlik değerleri; kesici aletler için 50-58 HRC, tutucu aletler için 40-48 HRC olarak belirtilen değerlerde olmalıdır. Bu durum belgelendirilmelidir.
- 5) Cerrahi aletler tavan lambası ya da mikroskop ışığı altında parlamamalı, mat malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 6) Aletlerinin her birinin üzerinde katalog numarası, aletin seri numarası. CE ibaresi üretim tarihi, markası, kullanılacağı birim adı lazer tekniği ile yazılmalı ve silinmemelidir.
- 7) Aletler 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır
- 8) Aletler korozyon testi açısından kaynatma testine dayanıklı olmalıdır
- 9) Cerrahi aletleri bacaklarına direnç uygulandığında ortaya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyonuna dönmesini sağlayan elastik yapı özelliği olmalıdır.
- 10) Kesici, tutucu çeneli aletlerde çenelerin sabit ve düzgün hareket edebilme özelliği olmalıdır.
- 11) Aletlerin kilit mekanizmalarında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılabilmelidir
- 12) Eklemsiz aletlerin gövdesinin bükülme direnci yüksek, ucu fonksiyonel ve sapı ergonomik olmalıdır.
- 13) Aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenler dışında keskin kenar bulunmamalıdır.
- 14) Doku tutumu ve kavraması iyi olmalıdır.
- 15) Sterilizasyon işlemlerinden sonra üzerinde kir ve leke barındırmamalıdır.
- 16) Malzeme üzerinde markası, katalog numarası yazılı olmalı ve silinmemelidir.
- 17) Kaynak yeri olmamalı ve yapısı bütünlük arz etmelidir.
- 18) Ürünün sapı ergonomik olmalı, el ile kolay kavranmalıdır.
- 19) Ürünler korozyon, renk değişimi vb. gibi tüm durumlara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 20) Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

CERRAHİ ALETLER İHTİYAÇ LİSTESİ

1	Alçı kesme makası 20 cm ile 25 cm	4 Adet
---	-----------------------------------	--------

Abdulselam POLAT

İzzet ALTUN

Op. Dr. Ümit NERCİZ
Dr. Yasin Emrehan Boştuysan
Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diy. Tescil No: 206958