

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.08.2026

Sayı: 741

Konu: MİKROBİYOLOJİ LABORTUVARI İÇİN STERİL ÖZE ,COOMBS VE ROSE BENGAL ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.08.2026 11:00 'a Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Biriminin <https://ekap.kik.gov.tr/> EKAP adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.Gereğini rica ederim.

Terhan TARNIĞ
İdari Ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÖZE STERİL PLASTİK TEK KULLANIMLIK 10 ?L MAVİ			1000	Adet		
2	BRUCELLA AGLÜTİNASYON (COOMBSLU ANTİSERUMU İLE)			800	test		
3	BRUCELLA LAM AGLÜTİNASYON TESTİ (ROSE BENGAL)			5	Kutu		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1 NO'LU KALEM TEK KULLANIMLIK STERİL ÖZE (10 Mikrolitre) İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Özeler plastikten yapılmış ve steril olmalıdır.
 2. Özeler her biri en çok 20 öze içerecek şekilde, steril ambalajında olmalıdır.
 3. Özeler bir tarafı yuvarlak, diğer tarafı batırma ekimi yapabilmek için düz (iğne öze) şeklinde tasarlanmış olmalıdır.
 4. Özelerin kenarları, ekim sırasında besiyerini yırtmaması düzgün, tırtıksız ve yuvarlak olmalıdır.
 5. 10 mikrolitre hacminde olmalıdır.
 6. Steril, ambalajın üzerinde ürün adı, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
 7. Teslim tarihinden itibaren son kullanma süresi en az 1 yıl olmalıdır.
- Denemek için numune verilecektir

2 NO'LU KALEM BRUCELLA AGLÜTINASYONU (COOMBS ANTİSERUMU İLE) TESTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Kit Brucella aglütinasyon testini ve coombs testini birlikte çalışmaya uyumlu olmalıdır
2. Çalışma prosedürü ve çalışma prensibi ile ilgili belge verilmelidir.
3. Jel kart kuyucukları (mikroklon) formunda olmalı ve kuyucukların içinde coombs (anti-humanimmünglobulinler) antikorları olmalıdır.
4. Tarama ve titrasyon yapabilmeli, kalitatif ve kantitatif çalışmaya uygun olmalıdır.
5. Testin tarama ve dilüsyon işlemleri dahil 2 (iki) saat içinde sonuç vermelidir.
6. Renkli Brucella antijeni ve tampon solüsyonu kitin içinde hazır olmalıdır.
7. Her ambalajın içinde pozitif ve negatif kontroller bulunmalıdır.
8. Kit orijinal ambalajında olmalıdır. Kitin içerisinde (jel kartların, dilüent ve antijen) ve üzerinde seri numarası, son kullanma tarihi, üretici firma adı bulunmalıdır.
9. Kitler en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
10. Testi çalışmak üzere gerekli olan sarf malzemeler jel kartlarına uyumlu santrifüj cihazı ve mikroplyetler firma tarafından ücretsiz olarak getirilmelidir.
11. İhtiyaca göre kitler parti parti gönderilecektir.
12. Firma kitler bitene kadar 50 µl'lik hacimde sıvıyı otomatik dağıtım yapabilen elektronik dispenser özellikli 1 adet otomatik pipet temin edecektir.
13. Temin edilen pipetlere uygun özellikte olacak şekilde 20-200 µL'lik pipet uçları bedelsiz olarak kuyucuk sayısı miktarınca firma tarafından verilmelidir.
14. Firma kitler bitene kadar multiple (çoklu) kanallı, 50 µl'lik hacimde sıvıyı çekip dağıtabilen 1 adet normal pipet temin edecektir.
15. Firma, teklif edilen kitin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğunu taahhüt etmelidir. Kitin barkod (UBB kayıt) numarasını belirten belge ihale dosyasında bulunmalıdır.
16. Cihaz ve reaktifler TITUBB (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına) ve ÜTS (Ürün takip sistemi) kayıtlı olmalı ve ihale dosyasında belgelenmelidir.
17. Kitin ambalajının üzerinde, IVD işareti, seri numarası, CE işareti, numarası ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
18. Kitin içindeki mikroplyet ve flakonların üzerinde lot numarası, seri numarası, son kullanma tarihi, IVD ve CE işaretleri olmalıdır.

3 NO'LU KALEM BRUCELLA LAM AGLÜTINASYON TESTİ (ROSE BENGAL) İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Uzm.Dr. Hatice ÖZDEMİR
Dip. Tes. No: 180083

Ömit BAYDAK
Laborant
Mikrobiyoloji Lab.
Sorumlusu

1. *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* ve *Brucella suis*'i aynı anda tespit edebilmelidir.
 2. 10 ml'lik ambalajlarda olacak şekilde olmalıdır.
 3. Toplam antijen yanında kontrol için *Brucella* pozitif ve negatif kontrol serumu verilecektir.
 4. Her pakette test miktarınca plate ve karıştırma çubuğu olacaktır.
 5. Son kullanma tarihi teslimattan itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
 6. Test çalışılması için uygun rotator cihazı firma tarafından bedelsiz olarak temin edilmelidir. Cihaz, üzerine yerleştirilen rose bengal test plakasını yatay düzlemde dairesel hareketlerle yavaşça çevirmelidir. Hızı ayarlanabilir olmalıdır. Beraberinde rose bengal testi için kullanılacak üzerinde numaralandırılmış daireler bulunan plate verecektir. Bu plate tekrar kullanıma uygun ve yıkanabilir olmalıdır, Yapışkan olmayan bir yüzey içermelidir.
 7. Test çalışılması için 1 adet 100-1000 µL'lik pipet ucuna uygun otomatik pipet ve pipet ucu test sayısı miktarınca bedelsiz olarak firma tarafından temin edilmelidir.
 8. Kullanımı esnasında antijen yapısının bozulması veya başka bir nedenle yanlış bir sonuç verildiği kullanıcılar tarafından belirlenmiş olan şişeler yenileri ile ücretsiz birebir test sayılarında değiştirilecektir.
 9. Ürünler üzerinde ürün adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- Teklif veren firmalar ihale sırasında laboratuvarımızda verifikasyon sonuçlarını değerlendirmek için numune verecektir.

Ümit BAYDAK
Laborant BAYDAK
Mikrobiyoloji Lab.
Sorumlusu

Adem YIGİT
MEMUR
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Uzm.Dr. Hafize ÖZDEMİR
Dip. Tes. No: 180083