



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-325480201
Konu : Teklife Davet

19.08.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **AMELİYATHANE SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET MAYO MASA ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24.08.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

İrfan KIRMIK
İdari Mali İşler Müdürü V.

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MAYO MASA	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: DD648AA0-97A8-4835-9642-039665A13599

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

MAYO MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konu ve Kapsam

Bu teknik şartname, Doğubayazıt Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere temin edilecek **Mayo Masası**nın teknik özelliklerini, malzeme ve imalat şartlarını kapsamaktadır.

2. Teknik Özellikler

Temin edilecek Mayo Masası aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır:

1. Masa tablası **AISI 304 kalite paslanmaz çelik** malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Masa tablasının derinliği **50 cm** olmalıdır.
3. Masa tablasının genişliği **75 cm** olmalıdır.
4. Masa tablasının et kalınlığı **1,5 mm** olmalıdır.
5. Masanın minimum yüksekliği **83 cm** olmalıdır.
6. Masanın maksimum yüksekliği **115 cm** olmalıdır.
7. Yükseklik ayarlama mekanizması **ayak mekanizmalı** olmalıdır.
8. Masa gövdesi **AISI 304 kalite paslanmaz çelik** malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
9. Gövde profil boru kalınlığı **70 mm** olmalıdır.
10. Ayaklar **32 x 2 mm AISI 304 paslanmaz çelik borudan** imal edilmiş olmalıdır.
11. Ayak profil ölçüleri **40 x 60 x 1,5 mm** olmalıdır.
12. Ürün **3 adet tekerlekli** olmalıdır.
13. Tekerlek çapı **50 mm** olmalıdır.
14. Tekerleklerin **2 adedi frenli** olmalıdır.
15. Ürün, sağlık kuruluşlarında kullanıma uygun, sağlam, dayanıklı ve kolay temizlenebilir yapıda olmalıdır.
16. Paslanmaz çelik yüzeyler düzgün, pürüzsüz ve kullanım sırasında yaralanmaya neden olabilecek keskin veya çapaklı kısımlar bulunmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
17. Ürünün tüm bağlantı ve montaj elemanları kullanım koşullarına uygun, sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
18. Mayo masası, kullanım sırasında kolay hareket ettirilebilmeli ve frenli tekerlekler sayesinde sabitlenebilmelidir.

3. Teknik Özellikler Tablosu

Özellik	İstenen Teknik Değer
Ürün Tipi	Mayo Masası
Masa Tablası Malzemesi	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Masa Tablası Derinliği	50 cm
Masa Tablası Genişliği	75 cm
Masa Tablası Et Kalınlığı	1,5 mm
Minimum Yükseklik	83 cm
Maksimum Yükseklik	115 cm

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Amir

Semra ÇELİK
Tıbbi Sekreter

Fırat SAKAL
Bey

Özellik	İstenen Teknik Değer
Yükseklik Ayarlama Mekanizması	Ayak Mekanizmalı
Gövde Malzemesi	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Gövde Profil Boru Kalınlığı	70 mm
Ayak Malzemesi	32 x 2 mm AISI 304 Paslanmaz Çelik Boru
Ayak Profil Ölçüleri	40 x 60 x 1,5 mm
Tekerlek Sayısı	3 adet
Tekerlek Çapı	50 mm
Frenli Tekerlek Sayısı	2 adet

4. Genel Hükümler

1. Teklif edilen ürünler yukarıda belirtilen teknik özelliklerin tamamını karşılamalıdır.
2. Ürünler yeni, kullanılmamış ve birinci sınıf malzeme ve işçilik kalitesinde olmalıdır.
3. Ürün üzerinde üretim ve kullanım güvenliğini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir deformasyon, paslanma, çatlak veya imalat hatası bulunmamalıdır.
4. Ürün, hastane ortamında sürekli kullanıma uygun olmalıdır.
5. Teslim edilen ürün, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu açısından idare tarafından kontrol edilecektir.
6. Teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürünler idare tarafından kabul edilmeyecektir.

5. Kabul ve Muayene

Ürünün muayene ve kabul işlemleri, Doğubayazıt Devlet Hastanesi tarafından oluşturulacak ilgili komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Muayene sırasında ürünün teknik şartnamede belirtilen ölçü, malzeme, mekanizma ve diğer özellikleri kontrol edilecektir.

6. Sonuç

Yüklenici tarafından teslim edilecek Mayo Masası, bu teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun, hastane kullanımına elverişli, dayanıklı ve güvenli yapıda olacaktır.

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambulans Birimi

Semih ÇELİK
Tıbbi Sekreter

Fırat ÇAKIR
Fırat