

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 953
KONU : Teklife Davet

27/08/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **DAMLA AYAR SETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02/09/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	DAMLA AYAR SETİ	500	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Taşınr Kodu	Malzeme Tanımı	Ölçü Birimi	TalepMiktar
150-03-03-210006070	DAMLA AYAR SETİ	ADET	500

BASKAN
Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

ÜYE
Engin YILDIZ
TKY

ÜYE
Mücahit YAMAN
TKY

ÜYE
Zehra Nur KAYA
Eczacı

ÜYE
Ahmet Emin YILMAZ
TKY

OLUR
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim
25.08.2026

DİKKETİNE

7107	31.07.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, MEDBAR - 233 01 - DAMLA AYAR SETİ (CONTROFLOW)	8698881910888	Karsılanamadi	1000	0	4.08.2026	KAHRAMANMARAŞ	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ
7106	31.07.2026	150-03-03-210006070	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, BRP - F09002 - DAMLA AYAR SETİ (DAMLA AYAR SETİ ,)	8681999090443	Karsılanamadi	470	0	3.08.2026	AMASYA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ
7104	31.07.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, MEDBAR - 233 01 - DAMLA AYAR SETİ (CONTROFLOW)	8698881910888	Karsılanamadi	1000	0	2.08.2026	GÜMÜŞHANE	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
7105	31.07.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, MEDBAR - 233 01 - DAMLA AYAR SETİ (CONTROFLOW)	8698881910888	Karsılanamadi	1000	0	2.08.2026	GÜMÜŞHANE	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ

Resim tarih:
31.07.2026
Gönderen: Y. K. K. K.
Gönderen: Y. K. K. K.

SMT1046 DAMLA AYAR SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Damla ayar seti, sıvı akışının ayarlanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Damla ayar seti tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır. 3. Damla ayar setinin enjeksiyon portlu veya portsuz çeşidi olmalıdır. 4. Damla ayar setinin uzatması en az 45cm olup, set yumuşak, kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Damla ayar seti ile akış hızı 3($\pm$ 2)-400($\pm$ 150) ml/saat arasında ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylıkla seçilebilmeli, dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir. 6. Damla ayar setinin hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır. 7. Sistem şeffaf üzerinde damla ayar miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır. 8. Damla ayar setinin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır. 9. Damla ayar setinin serum hortumlarının bir ucu dişi luer-lock diğer ucu erkek luer-lock konnektörlü olmalıdır. 10. Enjeksiyon portlu damla ayar setinde hariçten ilaç uygulamak için tıpa veya enjeksiyon portu olmalıdır. 11. Damla ayar setinin üzerindeki hiçbir parçasında latex bulunmamalıdır. 12. Damla ayar seti kullanım sırasında setin dışına mayi sızdırmamalıdır.
Genel Hükümler:	13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Resim YILDIZ
Genel YILDIR
Enm YILDIZ
Yıldırım YILDIR

TUTANAK

Hastanemiz genelinde kullanılması gereken Damla Ayar Seti adlı malzeme stoğumuzda bulunmamaktadır. Bu malzemeler Mevcut DMO ihale listelerinde fiyat almamıştır. Yeni ihalenin ne zaman sonuçlanacağı belli değildir. Diğer hastanelerde temin edemedik. Hastane hizmet işleyişinin sürmesi için e acilen temin etmemiz gerekmektedir. 25/08/2026

Engin YILDIZ

TKY