

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 963
KONU : Teklife Davet

28/08/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **TOSBİHA TSX-034A MODEL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI DEMONTAJ, NAKLİYE, MONTAJ VE AKTİF ÇALIŞIR HALE GETİRME HİZMETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **04/09/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadiindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	TOSBİHA TSX-034A MODEL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI DEMONTAJ, NAKLİYE, MONTAJ VE AKTİF ÇALIŞIR HALE GETİRME HİZMETİ ALIMI	1	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DIYADIN DEVLET HASTANESİ

BAŞHEKİMLİĞİ

TOSHIBA TSX-034A MODEL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI DEMONTAJ, NAKLİYE, MONTAJ VE AKTİF ÇALIŞIR HALE GETİRME HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İdare: Diyadin Devlet Hastanesi Başhekimliği

İşin Konusu: Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi envanterinde bulunan Toshiba TSX-034A model, Seri No: 1C1382229 Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazının demontaj, nakliye, montaj, kalibrasyon ve aktif çalışır halde teslim hizmeti.

1. Amaç

Bu şartnamenin amacı, mevcut BT cihazının üretici standartlarına uygun şekilde sökülmesi, yaklaşık 50 km mesafedeki Diyadin Devlet Hastanesine güvenli olarak taşınması, yeniden kurulması, tüm test ve kalibrasyonlarının yapılarak aktif hasta çekimine hazır şekilde teslim edilmesidir.

2. Cihaz Bilgileri

Özellik	Bilgi
Marka	Toshiba
Model	TSX-034A
Seri Numarası	1C1382229
Mevcut Konum	Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi
Kurulum Yeri	Diyadin Devlet Hastanesi
Nakliye Mesafesi	Yaklaşık 50 km

3. İşin Kapsamı

- BT cihazının tamamen demontajının yapılması
- Gantry, hasta masası, jeneratör, konsol, dedektör ve tüm bileşenlerin sökülmesi
- Kabloların kodlanması ve güvenli paketlenmesi
- Darbeye dayanıklı ambalaj ile nakliye
- Diyadin Devlet Hastanesinde yeniden montaj
- Elektrik, yazılım, DICOM ve PACS bağlantılarının yapılması
- Kalibrasyon, kalite kontrol ve fantom testlerinin tamamlanması
- Cihazın aktif çalışır şekilde teslim edilmesi
- Cihazın içinde bulunan X ışını tüpünün mevcut durumu kayıt altına alınmalı ve koruyucu petlerle taşıma işlemini yapılması.
- Cihazın demontaj işlemi yapılmadan önce yazılım lisansının harici olarak yedeklenmesi.

Dr. Yaşar ERYILMAZ
Diyadin Devlet Hastanesi
Başhekimliği

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

- Diyadin devlet hastanesinde cihazının kurulacağı yerde yer etüdünün yapılması.

4. Demontaj Teknik Şartları

1. İşlemler yalnızca yetkili ve deneyimli teknik personel tarafından yapılacaktır.
2. X-Ray tüpü koruyucu taşıma aparatı ile emniyete alınacaktır.
3. Gantry taşıma kilidi takılmadan cihaz taşınmayacaktır.
4. Tüm kablolar ve bağlantılar numaralandırılarak yeniden montaja uygun şekilde sökülecektir.
5. Demontaj öncesi cihazın mevcut durumu fotoğraflanacak ve tutanak altına alınacaktır.

5. Ambalajlama ve Nakliye

- Kapalı kasa ve elektronik cihaz taşımaya uygun araç kullanılacaktır.
- Tüm parçalar anti-statik ve darbeye dayanıklı malzemelerle paketleneyecektir.
- Araç içinde tüm ekipmanlar sabitlenecek, titreşim ve darbeden korunacaktır.
- Nakliye sırasında oluşabilecek tüm hasarlar yüklenici sorumluluğundadır.

6. Montaj ve Kurulum

- Gantry ve masa mekanik hizalaması yapılacaktır.
- Elektrik, UPS ve topraklama bağlantıları kontrol edilecektir.
- Konsol, yazılım ve lisans doğrulamaları tamamlanacaktır.
- DICOM/PACS haberleşmesi çalışır durumda teslim edilecektir.

7. Kalibrasyon ve Testler

- Gantry mekanik testi
- Masa hareket testi
- Lazer merkezleme
- X-Ray tüp testi
- Dedektör kalibrasyonu
- HU doğruluk testi
- Uniformite testi
- Noise testi
- Fantom görüntü testi
- DICOM/PACS testi

8. Aktif Çalışma Taahhüdü

Yüklenici, montaj tamamlandıktan sonra cihazı aktif çalışır, hasta çekimine hazır ve deneme çekimleri başarıyla tamamlanmış şekilde teslim edeceğini taahhüt eder. Bu şartlar sağlanmadan kabul işlemi yapılmayacaktır.

9. Çalışma Günü ve Saati (Zorunlu Hüküm)

6. Demontaj ve montaj tarihi ile saati tamamen Diyadin Devlet Hastanesi tarafından belirlenecektir.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

7. İdarenin bildireceği gün ve saatte yüklenici teknik ekibi eksiksiz olarak sahada bulunmak zorundadır.
8. Yoğunluk, personel yetersizliği, ulaşım veya başka herhangi bir gerekçe ile tarih değiştirilemez.
9. Gerek görülmesi halinde işlemler mesai dışı, hafta sonu veya resmi tatilde yapılabilir ve yüklenici ilave ücret talep edemez.
10. Belirlenen tarihte gelinmemesinden doğacak tüm zarar ve gecikmeler yükleniciye aittir.

10. Zarar ve Sorumluluk

Demontaj, taşıma ve montaj sürecinde cihazın tüm mekanik, elektronik ve yazılımsal bileşenlerinde oluşabilecek her türlü zarar ile hastane bina ve tesislerinde meydana gelebilecek hasarlar tamamen yüklenicinin sorumluluğundadır. İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11. Garanti

Montaj ve işçilik en az 12 ay garantili olacaktır. Montaj kaynaklı arızalara en geç 24 saat içerisinde müdahale edilecektir.

12. Teslim ve Kabul

İş; demontaj, nakliye, montaj, kalibrasyon, DICOM/PACS bağlantıları, fantom testleri ve deneme çekimlerinin başarılı şekilde tamamlanmasının ardından aktif klinik kullanıma hazır olarak idareye teslim edilecektir.

Dr. Kazım POLAT
Diyadinin Devlet Hastanesi
Başhekim

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Mücahit YAMAN
T.K.Y.

Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y.