

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 974
KONU : Teklife Davet

01/09/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **RVG KILIFI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **04/09/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali/Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	RVG KILIFI	5000	ADET		

Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DIYADIN DEVLET HASTANESİ
RVG KILIFI (Dijital Sensör Koruyucu Kılıf)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alımın Adı: Tek Kullanımlık RVG Sensör Koruyucu Kılıf Alımı

Kullanım Yeri: Diyadin Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

1. Amaç

Bu teknik şartname, dijital periapikal RVG sensörlerinin hasta bazlı kullanımında çapraz enfeksiyonu önlemek ve sensörü biyolojik sıvılardan korumak amacıyla kullanılacak tek kullanımlık koruyucu kılıfların teknik özelliklerini kapsar.

2. Teknik Özellikler

1. Ürün tek kullanımlık, steril olmayan bariyer koruyucu kılıf olacaktır.
2. Malzeme medikal sınıf LDPE veya eşdeğer biyouyumlu polietilen olacaktır.
3. Kılıf şeffaf yapıda olacak ve görüntü kalitesini etkilemeyecektir.
4. Lateks içermeyecek, toksik madde bulundurmayacaktır.
5. Dikiş ve kaynak yerleri sıvı geçirmeyecek şekilde üretilecektir.
6. Sensör ve kablounun başlangıç kısmını koruyacak uzunlukta olacaktır.
7. Esnek yapıda olup sensöre kolay takılıp çıkarılabilecektir.
8. Kenarları ağız dokularını tahriş etmeyecek yumuşak yapıda olacaktır.
9. Size 1 ve Size 2 RVG sensörleri ile uyumlu evrensel tipte olacaktır (yaklaşık 40–42 × 200–210 mm).
10. Vatech, Carestream/Kodak, EzSensor ve benzeri dijital RVG sensörleriyle uyumlu olacaktır.

3. Ambalaj Özellikleri

11. Her kutuda 500 adet RVG koruyucu kılıf bulunacaktır.
12. Ambalaj dispenser kutu şeklinde olacaktır.
13. Üretici adı, ürün kodu, lot numarası ve üretim tarihi ambalaj üzerinde yer alacaktır.
14. Teslim tarihinde son kullanma süresi en az 2 yıl olacaktır.

4. Teslimat ve Kabul

15. Ürünler orijinal ve hasarsız ambalajında teslim edilecektir.
16. Teslim edilen tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacaktır.
17. İdare gerekli gördüğünde numune talep edebilir.
18. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

Ahmet Emin YILMAZ

TKY

Mücahit YAMAN

TKY