

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.09.2026

Sayı: 784
Konu: TİMPANOMETRE CİHAZI İÇİN KALİBRASYON VE BAKIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.09.2026 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.


Cemal AKTAŞ
İdari Ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TİMPANOMETRE KALİBRASYON			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TİMPANOMETRE KALİBRASYON VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kalibrasyon edilecek timpanometre fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal Edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 2) Kalibrasyon edilecek olan timpanometre 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
- 3) Teklif veren firmalar cihaz kalibrasyonu için Referans cihaz tanımı, referans değerler, ölçüm değerleri, ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları olacaktır
- 4) Verilecek olan sertifikanın ölçüm raporunun ilgili sertifikaya ait olduğunu tanımlamak amacıyla üst bilgi olarak cihaz markası model ve seri no olacaktır.
- 5) Kalibrasyonun yapıldığı laboratuvara ait bilgiler, kalibrasyonun yapıldığı yer, kalibrasyonun yapıldığı tarih, müteakip kalibrasyon tarihi, Sertifika tarihi, Sertifika no olacaktır.
- 6) Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler, Cihazın tanımı, İmalatçısı, Modeli ve seri no, Cihazın ait olduğu birimi belge halinde düzenlenecektir.
- 7) Timpanometre için teklif veren firma , yetkili firmanın belgesine sahip olmalıdır.
- 8) Kullanılan Referans Standartlar, Kalibrat, Kalibratörlerin modeli, Kalibratörlerin seri numaraları, Kalibratörlerin sertifika geçerlilik süreleri düzenlenecektir.
- 9) Kalibrasyon Metodu, Akredite eden kuruluşa ait bilgiler, Kalibrasyonu yapan teknik personelin adı soyadı ve imzası, Onay makamı, mühür ve imza olacaktır.
- 10) Kalibrasyon için teklif veren firma, kalibrasyon hatası veren cihazın tamamıyla bu hatayı sisteminden bir sonraki tarihe kadar silecektir.

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Fırat DUTLU

Erup KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Benli S. BÖK
Biyomedikal Uzman Mühendisi