

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 996
KONU : Teklife Davet

04/09/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **NST CİHAZI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18/09/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali/Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	NST (NON-STRES TEST)CİHAZI	1	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

NST (NON-STRES TEST) CİHAZI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Biriminde kullanılmak üzere temin edilecek 1 adet NST (Non-Stres Test) cihazının teknik, fonksiyonel ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Genel Özellikler

1. Cihaz yeni, kullanılmamış ve orijinal üretim olacaktır.
2. CE belgeli olacak, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR 2017/745) kapsamında uygunluk belgesine sahip olacaktır.
3. Üretici firma ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır.
4. Cihaz masaüstü veya sehpalı kullanıma uygun olacaktır.
5. Türkçe kullanıcı arayüzü ve Türkçe kullanım kılavuzu ile teslim edilecektir.

3. Teknik Özellikler

1. Cihaz aynı anda ikiz gebelik takibi yapabilecek özellikte olacaktır.
2. En az 7 inç renkli LCD/TFT ekrana sahip olacaktır.
3. Ekranda fetal kalp hızı (FHR), uterin kontraksiyon (TOCO), fetal hareket ve hasta bilgileri aynı anda görüntülenebilecektir.
4. Fetal kalp hızı ölçüm aralığı 50–240 bpm arasında olacaktır.
5. Ölçüm doğruluğu ± 1 bpm veya daha iyi olacaktır.
6. Ultrason probu 1 MHz veya 2 MHz frekansta çalışacaktır.
7. TOCO probu harici kalibrasyon gerektirmeden çalışacaktır.
8. Anne tarafından hissedilen fetal hareketlerin kaydı için hasta olay butonu bulunacaktır.
9. Otomatik fetal hareket (AFM) algılama özelliği bulunacaktır.
10. Sesli fetal kalp atımı dinleme özelliği bulunacaktır.
11. Alarm sistemi; düşük/yüksek FHR, prob ayrılması ve kayıt hatalarında sesli ve görsel uyarı verecektir.

4. Yazıcı Özellikleri

1. Cihaz üzerinde dahili termal yazıcı bulunacaktır.
2. Yazıcı genişliği en az 112 mm olacaktır.
3. Yazdırma hızı ayarlanabilir olacaktır.
4. Kayıt üzerinde tarih, saat, hasta adı ve cihaz bilgileri yer alacaktır.
5. Kağıt değişimi kolay yapılabilecek yapıda olacaktır.

5. Hafıza ve Bağlantı Özellikleri

1. En az 500 hasta kaydı dahili hafızada saklanabilecektir.
2. USB portu bulunacak ve kayıtlar USB belleğe aktarılabilir.

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

3. Gerektiğinde bilgisayara veri aktarımına uygun bağlantı (USB/Ethernet) bulunacaktır.
4. Hasta bilgileri tekrar çağrılarak yeniden yazdırılabilecektir.

6. Güç Özellikleri

1. Cihaz 220–240 V, 50 Hz şehir elektriği ile çalışacaktır.
2. Dahili şarj edilebilir bataryaya sahip olacaktır.
3. Batarya ile en az 2 saat kesintisiz çalışma sağlayacaktır.
4. Elektrik kesintisinde otomatik olarak batarya moduna geçecektir.

7. Aksesuarlar

Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar eksiksiz teslim edilecektir:

Aksesuar	Miktar
Ultrason probu	2 Adet
TOCO probu	1 Adet
Prob kemeri	3 Adet
Hasta olay butonu	1 Adet
Termal kağıt	5 Rulo
Güç kablosu	1 Adet
Kullanım kılavuzu (Türkçe)	1 Adet

8. Kurulum ve Eğitim

1. Kurulum yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
2. Cihaz çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3. Kullanıcılara en az 2 saat uygulamalı eğitim verilecektir.
4. Eğitim sonunda kullanıcı eğitim formu düzenlenecektir.

9. Garanti ve Servis

1. Cihaz en az 2 yıl garantili olacaktır.
2. Garanti süresince işçilik, yedek parça ve servis ücretsiz olacaktır.
3. Arızalara en geç 48 saat içerisinde teknik servis dönüşü sağlanacaktır.
4. Yedek parça temin garantisi en az 10 yıl olacaktır.

10. Kabul Kriterleri

1. Muayene ve kabul işlemleri Diyardin Devlet Hastanesi Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
2. Şartname maddelerini karşılamayan cihazlar kabul edilmeyecektir.
3. Teklif veren firmalar, teklif ettikleri cihazın teknik özelliklerini katalog üzerinde madde madde işaretleyerek sunacaktır.

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY