

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

07.09.2026

Sayı : 67
Konu : 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **11.09.2026 10:30** 'a AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin **agriagizdis@gmail.com** adresine fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KORUYUCU GECE PLAĞI			500	Adet		
2	CERRAHİ SÜTÜR İPEK DOĞAL MULTİFLAMENT EMİLEMEYEN NO:4/0 15 (±2) MM 3/8 KESKİN 75 CM (±10)			300	Adet		
3	A TİPİ ÖLÇÜ MADDESİ TABANCA UCU			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.


• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.





T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	KORUYUCU GECE PLAĞI
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ DEPOLAMA ŞARTLARI KULLANIM YERİ VE ÖZELLİKLERİ	1. Gece plağı polyester olmalıdır. 2. Rengi şeffaf olmalıdır. 3. 80-100 santigrat da erimelidir. 4. Orta yumuşak sertlikte olmalıdır. 5. Kalınlığı 1.00 mm (SERT) olmalıdır. 6. Kullanım amacına uygun olmalıdır. 7. Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalı, 8. Tüm istekli firmalar numune ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu vermek zorundadır. 9. Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan malzemenin genel özelliklerini ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün özellikler taşıyan yeni ve değişik versiyonları da teklif edilebilir. 10. Muayene komisyonu tarafından muayene süresince tespit edilemeyen, yani zaman içerisinde klinik çalışmaları ile tespit edilebilecek problemlerden dolayı, şartnameye uygun olmadığı görülen sorunlu mal, sorunsuz olan yenisi ile gramaj ve adet farkı olmadan ve hiçbir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir. 11. Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vs yapıştırılmamalıdır. 12. Numuneler ihale komisyonu, ilgili birimin Uzman hekimleri veya diş hekimleri tarafından denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 2-Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Orijinal ambalajında olmalıdır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacaktır. 2-Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna Göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, Hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
Birim Sorumlusu Rabia UYGÜL  İMZA - KAŞE	M.Salih KARABACAK  İMZA - KAŞE Ferda GÜLTEKİN  İMZA - KAŞE



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	KORUYUCU GECE PLAĞI
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ DEPOLAMA ŞARTLARI KULLANIM YERİ VE ÖZELLİKLERİ	1. Gece plağı polyester olmalıdır. 2. Rengi şeffaf olmalıdır. 3. 80-100 santigrat da erimelidir. 4. Orta yumuşak sertlikte olmalıdır. 5. Kalınlığı 2.00 mm (YUMUŞAK) olmalıdır. 6. Kullanım amacına uygun olmalıdır. 7. Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalı. 8. Tüm istekli firmalar numune ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu vermek zorundadır. 9. Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan malzemenin genel özelliklerini ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün özellikler taşıyan yeni ve değişik versiyonları da teklif edilebilir. 10. Muayene komisyonu tarafından muayene süresince tespit edilemeyen, yani zaman içerisinde klinik çalışmaları ile tespit edilebilecek problemlerden dolayı, şartnameye uygun olmadığı görülen sorunlu mal, sorunsuz olan yenisi ile gramaj ve adet farkı olmadan ve hiçbir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir. 11. Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vs yapıştırılmamalıdır. 12. Numuneler ihale komisyonu , ilgili birimin Uzman hekimleri veya diş hekimleri tarafından denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 2-Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Orijinal ambalajında olmalıdır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TITUBB' DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. 2-Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna Göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, Hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
Birim Sorumlusu Rabia UYGÜL  İMZA - KAŞE	M.Salih KARABACAK  İMZA - KAŞE Ferda GÜLTEKİN  İMZA - KAŞE

CERRAHİ SÜTÜR İPEK DOĞAL MULTİFLAMENT EMİLEMEYEN NO40 15 (±2) MM 38 KESKİN 75 CM (±10)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi sentetik monofilament absorbe olmayan polypropylene ipliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisine uygun olmalıdır.
- 2.Sütür boyu 45 cm'nin üzerindeki için $\pm$ % 10 tolerans tanınmalıdır. İğne boyu 10 mm'nin üzerindeki için $\pm$ %10 tolerans tanınmalıdır.
- 3.İğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır. Operasyon boyunca iğneler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalı, kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılmalı.
- 4.İğne yüzeyi pürüzsüz olmalı, keskinliğini/sivrilliğini, operasyon sonuna kadar sürdürmeli, kırılmaya karşı dirençli olmalı. İğne alaşımının içerisinde en az %69.5 arası nikel ve %0.8-1.4 arası titanyum ya da % 69,5 nikel, % 17-19 krom olmalı ve bu oranlar iğne üreticisi tarafından belgelenmelidir.
- 5.Düğüm atılırken sutureda tiftiklenme olmamalıdır.
- 6.Sentetik monofilament absorbe olmayan cerrahi iplik polypropylene'den imal edilmiş olmalıdır.
- 7.Cerrahi sentetik monofilament polypropylene ipliklerin içerisinde düğüm oturmasının düzgün olması, açılmaması, tiftiklenmenin olmaması ve düğüm emniyetinin yüksek olması için polyeten veya benzer özellik gösterebilecek (tercih sebebidir) materyal olmalıdır.
- 8.Birim ambalaj/poşette imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, suture kalınlığı, suturen uzunluğu, suturen rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir tarzda okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.
- 9.En az 12 paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. Işıktan, nemden ve sıcaktan korunmasına dair yazı olmalı. Seri ve kontrol numarası olmalı. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
- 10.En az 3 yıl miadı olmalıdır.
- 11.Teslim sırasında en az 2 yıl raf ömrü bulunmalıdır.
- 12.Suture ambalajının Kullanım esnasına kadar nemden, ısıdan, ışıktan korunması için bir yüzü şeffaf film diğer yüzeyi kağıttan (Örğ:TYVEK)olmalıdır.(tercih sebebi) Ayrıca suture iç ambalajı plastik/karton ambalajda olmalıdır.
- 13.İç ambalajdaki iğne, portekü ile tutulması için kolay görülebilmelidir. İğnenin ucu travmatize olmaması için silikon veya köpük tampon ile korunmalıdır.
- 14.Suture, iç paketten hafızalı çıkması/düğümlememesi için, makara sistemi ile veya kartonda ise düğümlemeyi/hafızayı engelleyecek şekilde bulundurulmalıdır.
- 15.Kutu ambalaj üzerindeki bilgiler poşet ambalajın üzerine görülebilir şekilde olmalıdır.
- 16.Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait prospektüs olmalıdır. TÜRKÇE açıklamalı prospektüs olmalıdır(TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ MADDE: 5)
- 17.Birim ambalajın üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, suture kalınlığı, suturen uzunluğu, suturen rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülüp, okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.
- 18.Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
- 19.Antialerjik, nonantijenik ve steril olmalıdır.
- 20.Suture hafızasının güvenirliliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portekü ile tutunulması, iğnenin çelik alaşımı, suturen iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden tercih sebebidir. Bu özelliklerin belirtildiği, tüm suturelerin birebir gösterildiği orjinal katalog ihale dokümanları ile birlikte verilmelidir.
- 21.En az 1 adet numune getirecek, numuneler test edilecek ve uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.
- 22.Teslim edilecek malzeme ile getirilen numunenin teyidi için istenildiği takdirde firmalardan kapalı ambalajlarda (birer kutu) numuneler talep edilebilecektir.

Dr. C. DEMİR
Dış Hekimi
Dip. No: 47728

Dr. B. ÇİÇAK
Dış Hekimi
Dip. No: 47727

AGRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Dış Hekimi
Dr. Halil Yusuf ŞENER
Dip. No: 2021/0801.020 Dip. Tes. No: 5558

VİNİL POLİSİLOKSAN (VPS) ÖLÇÜ MADDESİ TABANCA UCU (KARIŞTIRMA UCU)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

Bu şartname, diş hekimliği klinik ve laboratuvarlarında kullanılan **Vinil Polisiloksan (A-Silikon) hafif ve ağır gövdeli (light/heavy body) ölçü maddelerinin** tabanca (dispenser) yardımıyla homojen bir şekilde karıştırılarak uygulanmasını sağlayan, tek kullanımlık **karıştırma uçlarının (mixing tips)** teknik özelliklerini, ambalajlama ve kontrol esaslarını kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER VE GEREKSİNİMLER

- **Malzeme Yapısı:** Uçlar, tıbbi kullanıma uygun, biyouyumlu, yüksek kaliteli, kırılma ve çatlamaya dayanıklı **polimer (plastik) malzemeden** üretilmiş olmalıdır. Kimyasal olarak ölçü maddesinin yapısını bozmamalı veya reaksiyona girmemelidir.
- **Uyum ve Bağlantı:** Uçlar, piyasada yaygın olarak kullanılan standart **1:1 ve 2:1 oranındaki** ölçü tabancaları (kartuşları) ile tam uyumlu olmalı, sızdırma yapmadan kilitlenebilmelidir.
- **Homojen Karışım:** İç kısmında yer alan spiral (helezon) yapı, baz ve katalizör ajanlarının hava kabarcığı oluşturmada, **%100 homojen bir şekilde** karışmasını sağlamalıdır.
- **Renk Kodlaması:** Karıştırma uçları, ölçü maddesinin viskozitesine (hafif, orta, ağır gövdeli) ve kartuş tipine göre uluslararası standartlara uygun **renk kodlarına (örn. Sarı, Pembe, Yeşil, Turkuaz)** sahip olmalıdır. İdare, talep ettiği renk ve boyutu sipariş aşamasında belirtecektir.
- **Intraoral Uç Uyumu:** Özellikle hafif gövdeli (light body) ölçü uçları, ölçünün dış aralarına ve preparasyon sınırlarına hassas uygulanabilmesi için **intraoral (ağız içi) enjeksiyon uçlarının** takılmasına uygun yapıda olmalıdır.

3. FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Uygulama esnasında yüksek basınca dayanıklı olmalı, kartuş bağlantı noktasından veya gövdeden esneme, çatlama ya da **sızdırma yapmamalıdır.**
- Uçların içindeki karıştırıcı sarmal mekanizma sabitleştirilmiş olmalı, basınca bağlı olarak yerinden oynamamalı veya fırlamamalıdır.
- Minimum ürün kaybı (rezidüel atık) sağlayacak şekilde **optimize edilmiş iç hacme** sahip olmalıdır.

4. AMBALAJLAMA, ETİKETLEME VE TESLİMAT

- Ürünler orijinal ambalajlarında, dış ortamdan etkilenmeyecek şekilde **orijinal fabrikasyon paketlerde (örn. 48'lik veya 50'lik paketler)** teslim edilmelidir.
- Paketlerin üzerinde üretici firma adı, ürünün adı, **lot/parti numarası**, son kullanma tarihi ve üretim yeri açıkça belirtilmelidir.
- Klinik kullanım kolaylığı açısından ambalajlar kolay açılabilir ve hijyenik muhafazaya uygun olmalıdır.

5. KABUL VE DİĞER ESASLAR

- **Numune Değerlendirmesi:** Teklif veren firmalar, idarenin klinikte test edebilmesi için en az **5 adet numune** getirmelidir. İlgili klinikte yapılan denemede kartuşa tam oturmayan, sızdıran veya homojen karıştırmayan ürünler elenecektir.
- Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi, muayene ve kabul komisyonuna teslim edildiği tarihten itibaren **en az 2 (iki) yıl** olmalıdır.
- Ürünlerin kırık, çatlak, defolu veya hatalı çıkması durumunda, yüklenici firma bu ürünleri **birebir değiştirmekle** yükümlüdür.

Dt. Canan DEMİR
Ağız ve Diş Sağ. Mktz.
Dip. No: 47736

DIŞ HEKİMİ
Dt. R. B. BİÇAK
Dip. No: 0027

AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKE
Diş Hekimi
Dt. Halil Yusuf ŞENER
Dip. No: 2021/0801.020.010 - Tes. No: 5658