

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

TEKLİFE DAVET

08.09.2026

Sayı:

Konu: 1 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM DİŞ ÜNİTİ BAŞ BOYUN YASLAMA APARATI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.09.2026 saa 14:00 'a kadar Patnos Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma Biriminin <https://ekap.kik.gov.tr/> EKAP adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİŞ ÜNİTİ BAŞ / BOYUN YASLAMA APARATI - TETİYER		1	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DİŞ ÜNİTİ HASTA BAŞ DESTEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Tanım:

Ürün, diş ünitesinde tedavi sırasında hastanın baş ve boyun bölgesini desteklemek amacıyla kullanılacak, diş ünitesiyle uyumlu hasta baş desteği (headrest) olacaktır.

2. Uyumluluk:

- * Mevcut diş ünitesiyle mekanik olarak uyumlu olmalıdır.
- * Montajı, ünitenin mevcut bağlantı sistemine uygun şekilde yapılabilmelidir.
- * Gerekli bağlantı elemanları ürünle birlikte temin edilmelidir.

3. Başlık Özellikleri:

- * Hastanın başını güvenli ve konforlu şekilde desteklemelidir.
- * Baş desteği, hastanın farklı pozisyonlarda tedavi edilebilmesine imkân sağlayacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
- * Hareketli mekanizma sağlam ve güvenli olmalı, kullanım sırasında istenmeyen şekilde hareket etmemelidir.

4. Malzeme ve Döşeme:

- * Baş desteğinin taşıyıcı kısmı dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- * Hasta ile temas eden yüzey kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve sıvı geçirmeyen bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
- * Döşeme malzemesi çatlama, soyulma ve deformasyona karşı dayanıklı olmalıdır.

5. Hijyen:

- * Yüzeyinde kir ve sıvı birikmesine neden olacak gereksiz girinti ve çıkıntılar bulunmamalıdır.
- * Diş hekimliğinde kullanılan yüzey dezenfektanlarıyla uyumlu olmalıdır.
- * Kolay temizlenebilir ve hijyenik yapıda olmalıdır.

6. Güvenlik ve Kullanım:

- * Hasta başının ağırlığını güvenli şekilde taşıyabilecek yapıda olmalıdır.
- * Ayar mekanizması hastanın tedavisi sırasında sabit kalmalıdır.
- * Keskin kenar ve hasta güvenliğini tehlikeye sokabilecek çıkıntılar bulunmamalıdır.

7. Montaj ve Teslimat:

- * Ürünün montajı yüklenici tarafından yapılmalıdır.
- * Montaj sonrası baş desteğinin tüm hareket ve sabitleme fonksiyonları kontrol edilmelidir.
- * Ürün çalışır ve kullanıma hazır şekilde teslim edilmelidir.

8. Garanti:

Ürün, üretim ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

İbrahim KAYA
Patnos ADASM
İdari ve Mali İşler Müdürü

Hamit İŞLEYEN
Elektrik ve Elektronik Teknikeri

Ercan AYDIN