

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1008

09/09/2026

KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **TOMOĞRAFI ODASI KURŞUN KAPI VE KAPI ÜSTÜ KURŞUN PROFİLİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15/09/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	TOMOĞRAFI ODASI KURŞUN KAPI VE KAPI ÜSTÜ KURŞUN PROFİLİ ALIMI	1	ADET		

Dr. Ulas Bora YEGEN
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ

TOMOGRAFİ ODASI KURŞUN KAPI VE KAPI ÜSTÜ KURŞUN PROFİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alım Konusu: 2,00 mm Pb eşdeğerli kurşun kapı, kapı üstü kurşun paneli ve duvar içine gömülü yan kurşun levhaların imalatı ve montajı.

1. Teknik Ölçüler

Özellik	Ölçü
Kapı dıştan dışa	154 cm
Net kapı geçişi	140 cm
Kapı yüksekliği	220 cm
Tavan yüksekliği	270 cm
Kapı üstü kurşun profil	154 x 50 cm
Sol duvar içi kurşun levha	10 x 220 cm
Sağ duvar içi kurşun levha	10 x 220 cm
Toplam kurşun genişliği	174 cm

2. Teknik Çizim



3. Teknik Şartname

- Kurşun koruma değeri minimum 2,00 mm Pb eşdeğeri olacaktır.
- Kurşun kapı net geçiş ölçüsü 1400 x 2200 mm olacaktır.

- Kapı kanadı minimum 45 mm kalınlığında ve ierisinde kesintisiz 2 mm Pb kurşun levha bulunacaktır.
- Kapı kasası galvaniz elikten imal edilecek, minimum 3 adet ağır hizmet tipi menteşe kullanılacaktır.
- Kapı üstü kurşun panel 1540 × 500 mm ölçüsünde olacak ve 40×20×1,5 mm galvaniz profil karkasa sahip olacaktır.
- Sağ ve sol tarafta 10×220 cm ölçülerinde iki adet kurşun levha, 154 cm dış ölçüsünün dışında duvar içine gömülü olarak uygulanacaktır.
- Yan kurşun levhalar sıva/alçı altında kalacak ve kapı kasası ile bindirmeli birleşerek radyasyon sürekliliği sağlayacaktır.
- Montaj sonrası kapı ayarları yapılarak alışır durumda teslim edilecek ve en az 2 yıl garanti verilecektir.
- NDK tarafından yapılacak kontroller için lisans onayı garantisi verilmelidir.
Üreticinin CE, ISO ve kapı içinde kullanılan kurşuna ait analiz raporu olmalıdır.
Kapıların üzerinde üretim tarihi, kurşun değeri, ürün numarası gibi bilgiler metal etiket şeklinde yer almalıdır.

4. Teslim Edilecek İmalat

Ürün	Adet
Kurşun Kapı (140×220 cm)	1
Kapı Üstü Kurşun Profil (154×50 cm)	1
Duvar İi Kurşun Levha (10×220 cm)	2
Galvaniz Kasa ve Montaj	1 Takım