

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.09.2026

Sayı: 804
Konu: AMELİYAT MASASI MİNDERİ VE KILIFI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.09.2026 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda.

Gereğini rica ederim.

Cemal AKTAŞ
İdari Ve Mali İşler Müdür
V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SEDYE YATAK - MİNDER KILIFI			6	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AMELİYAT MASASI MİNDERİ VE KILIFI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR VE KAPSAM

1.1. Bu şartname, hastanemiz ameliyathane bünyesinde bulunan çeşitli marka ve modellerdeki ameliyat masalarının yıpranmış, enfeksiyon riski barındıran eski minderlerinin; yeni, antistatik, sıvı geçirmez kılıf ve yüksek yoğunluklu süngerler ile yenilenmesi işini kapsar.

1.2. Ameliyat masaları farklı markalardan oluştuğu için, yüklenici firma işe başlamadan önce hastaneye gelerek her bir masanın (sırt, oturan, baş, ayak bölümleri) birebir ölçülerini ve sabitleme (cırt/ray) mekanizmalarını yerinde tespit etmekle yükümlüdür.

Ölçü hatasından kaynaklanan uyumsuzluklarda sorumluluk yükleniciye aittir.

2. SÜNGER (İÇ DOLGU) ÖZELLİKLERİ

2.1. Minderlerin iç dolgusu, uzun süreli operasyonlarda hastanın vücut şeklini alan, basıncı stabilize eden ve yatak yarasını (dekubit ülseri) önleyen viskoelastik (akıllı sünger) veya yüksek yoğunluklu (en az 32-35 Dansite) poliüretan süngerden imal edilmiş olmalıdır.

2.2. Süngerler ameliyat esnasında hastanın anatomik yapısını desteklemeli, çökme yapmamalı ve operasyon bittikten sonra orijinal formuna geri dönmelidir.

2.3. Sünger kalınlığı, masaların orijinal standartlarına ve mekanik hareket kabiliyetine engel olmayacak şekilde [Örn: 50 mm - 70 mm] aralığında, yerinde alınan ölçüye göre belirlenmelidir.

3. KILIF (DIŞ KAPLAMA) ÖZELLİKLERİ

3.1. Kılıf malzemesi, ameliyathane şartlarına uygun, orijinal tıbbi amaçlı Poliüretan (PU) kaplama veya Suni Deri malzemeden üretilmiş olmalıdır.

3.2. Sıvı Geçirmezlik: Kılıflar kan, idrar, batın sıvısı ve her türlü medikal sıvıya karşı %100 geçirmez olmalıdır.

3.3. Antistatik ve Alev Almazlık: Kılıf kumaşı antistatik özellikte olmalı, koter cihazı ve elektrikli cerrahi aletlerin kullanımı sırasında statik elektriklenme yapmamalıdır. Uluslararası alev almazlık (flame retardant) standartlarına uygun olmalıdır.

3.4. Dezenfeksiyon Uyumluluğu: Kılıf yüzeyi, hastanede kullanılan alkol bazlı, klor bazlı (çamaşır suyu solüsyonları) ve kuaterner amonyum bileşikler içeren tıbbi yüzey dezenfektanlarına karşı dayanıklı olmalı; renk atması, çatlama veya soyulma yapmamalıdır.

3.5. Dikiş ve Ek Yerleri: Enfeksiyon ajanı birikimini önlemek adına, kılıf dikiş yerleri dikişsiz ultrasonik kaynak (frekans baskı) yöntemiyle birleştirilmiş olmalı veya dikişlerin altı sıvı sızdırmaz şeritlerle izole edilmiş olmalıdır. Gözle görülür açık dikiş deliği bulunmamalıdır.

4. MASAYA SABİTLEME VE TASARIM ÖZELLİKLERİ

4.1. Minderler, masanın hareketli parçalarının (Trendelenburg, lateral, ters Trendelenburg vb.) açılmasına tam uyum sağlamalı, ameliyat esnasında masadan kaymamalıdır.

4.2. Minderlerin masaya sabitlenmesi için alt yüzeylerinde masanın orijinal yapısına uygun geniş medikal cırt-cırtlar (velcro şeritler) veya masanın montaj kanallarına uyumlu sabitleme mekanizmaları bulunmalıdır. Bu cırtlara kılıfa endüstriyel dikiş veya kaynakla kopmayacak şekilde sabitlenmelidir.

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Fırat DURAK

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

4.3. Minder kenarları yuvarlatılmış ve pürüzsüz olmalı, hasta transferi esnasında takılma yaratmamalıdır.

5. GARANTİ VE KABUL ŞARTLARI

5.1. Teslim edilen minderler imalat, malzeme, çökme ve dikiş/kaynak hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

5.2. Yüklenici firma, hastanedeki her bir farklı marka masa için ürettiği minderleri masalara bizzat takarak fonksiyonellik (hareket kabiliyeti) testini muayene kabul komisyonu huzurunda yapacaktır. Masanın hareketini engelleyen veya tam oturmayan minderler yenisiyle değiştirilecektir.

AĞRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
Biyomedikal Sorumlusu
SERİKLİ DÜRAK

AĞRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
SERİKLİ ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri