



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-328359167
Konu : Teklife Davet

11.09.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM ALÇI ALTI PAMUK ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21.09.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ALÇI ALTI PAMUK 10 CM X 2 M	ADET	1000		
2	ALÇI ALTI PAMUK 15 CM X 2 M	ADET	2000		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. CAN ADIYAMAN
Başhekim V.

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E720A8C1-9615-48B3-96CC-77475FAD9925

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



SMT3977 ALÇI ALTI PAMUK, SENTETİK/DOĞAL

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün alçı altı pamuk, sentetik/doğal ve alçı altı çorap sentetik/ doğal çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürünün alçı altı pamuk, sentetik/doğal tiplerinin en genişliği; 10cm, 15cm ve 20 cm, boy uzunluğu ise; 1.5 m, 2 m, 2.5m ve 3 m ebatlarında olmalıdır. 4. Ürünün alçı altı çorap sentetik/ doğal tiplerinin en genişliği; 5 cm, 10cm ve 15cm, boy uzunluğu ise; 10 m olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Alçı altı pamuk, sentetik tipleri;medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır. 6. Alçı altı pamuk, doğal tipleri ve Alçı altı çorabı, doğal tipleri; boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen olarak üretilmiş olmalıdır. Su tutuculuğu ve emicilik özelliği uygun olmalıdır. 7. Alçı altı çorabı, sentetik tipleri; %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalıdır. 8. Alçı altı pamuk, sentetik tipleri ve alçı altı çorabı, sentetik tipleri;su emmemelidir. 9. Ürünün tüm tipleri tampon vazifesi görmelidir. 10. Alçı altı pamuk sentetik/ doğal tipleri kolayca kopabilmelidir. 11. Ürün hipoalerjenik olmalıdır. 12. Ürünlerde ek yeri, kir ve yağ lekesi olmamalıdır. 13. Ürün X ışını geçirebilmelidir.
Genel Hükümler:	14. Ürün rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır. 15. Ürünün etiket bilgileri orijinal ambalajında basılı olmalıdır. 16. Ürünün klinik testleri talep edildiğinde teslim edilmelidir. 17. Bir adet numune gönderilecektir.

Mehmet TUNÇ
Eczacı

Olgun İTEN

Bahadır
Kaya

SMT3977 ALÇI ALTI PAMUK, SENTETİK/DOĞAL

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün alçı altı pamuk, sentetik/doğal ve alçı altı çorap sentetik/ doğal çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürünün alçı altı pamuk, sentetik/doğal tiplerinin en genişliği; 10cm, 15cm ve 20 cm, boy uzunluğu ise; 1.5 m, 2 m, 2.5m ve 3 m ebatlarında olmalıdır. 4. Ürünün alçı altı çorap sentetik/ doğal tiplerinin en genişliği; 5 cm, 10cm ve 15cm, boy uzunluğu ise; 10 m olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Alçı altı pamuk, sentetik tipleri;medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır. 6. Alçı altı pamuk, doğal tipleri ve Alçı altı çorabı, doğal tipleri; boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen olarak üretilmiş olmalıdır. Su tutuculuğu ve emicilik özelliği uygun olmalıdır. 7. Alçı altı çorabı, sentetik tipleri; %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalıdır. 8. Alçı altı pamuk, sentetik tipleri ve alçı altı çorabı, sentetik tipleri;su emmemelidir. 9. Ürünün tüm tipleri tampon vazifesi görmelidir. 10. Alçı altı pamuk sentetik/ doğal tipleri kolayca kopabilmelidir. 11. Ürün hipoalerjenik olmalıdır. 12. Ürünlerde ek yeri, kir ve yağ lekesi olmamalıdır. 13. Ürün X ışını geçirebilmelidir.
Genel Hükümler:	14. Ürün rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır. 15. Ürünün etiket bilgileri orijinal ambalajında basılı olmalıdır. 16. Ürünün klinik testleri talep edildiğinde teslim edilmelidir. 17. Bir adet numune gönderilecektir.

Mehmet TUNÇ
Eczacı

Algun RUTEN

Bahadır Kaya