

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1015
KONU : Teklife Davet

15/09/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ABR CİHAZI TANI ELEKTRODU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **22/09/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	ABR CİHAZI TANI ELEKTRODU	500	PAKET		

Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

ABR CİHAZI TANI ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartname, hastanede kullanılmak üzere temin edilecek olan, yenidoğan işitme tarama testlerinde kullanılan MADSEN ACCUSCREEN marka ABR cihazı ile uyumlu tanı elektrotlarının teknik özelliklerini kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER

1. Teklif edilecek elektrotlar, MADSEN ACCUSCREEN marka yenidoğan işitme tarama cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Elektrotlar, ABR (Auditory Brainstem Response) testlerinde kullanılmaya uygun yapıda olmalıdır.
3. Ürünler tek kullanımlık, hijyenik ve kullanıcı güvenliği açısından uygun özellikte olmalıdır.
4. Elektrotların yapışkan yüzeyi cilde zarar vermeyecek özellikte olmalı, test süresince sağlam tutunma sağlamalıdır.
5. Elektrotlar düşük empedanslı yapıda olmalı ve kaliteli sinyal iletimine uygun olmalıdır.
6. Ürünler lateks içermemeli ve yenidoğan kullanımına uygun olmalıdır.
7. Elektrot bağlantıları cihaz ile sorunsuz çalışmalı, adaptör veya ek dönüştürücü gerektirmemelidir.
8. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

3. AMBALAJ VE ETİKETLEME

1. Ürün ambalajı üzerinde ürün adı, marka bilgisi, lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi (SKT) açık ve okunaklı şekilde bulunmalıdır.
2. Son kullanma tarihi (SKT), ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
3. Ambalajlar taşıma ve depolama sırasında ürünü koruyacak nitelikte olmalıdır.

4. TESLİM VE KABUL

1. Teslim edilen ürünlerin tamamı yeni, kullanılmamış ve orijinal olmalıdır.
2. İdare gerekli gördüğü durumlarda ürünlerin cihaz uyumluluğunu test etme hakkına sahiptir.
3. Cihaz ile uyumsuz olduğu tespit edilen ürünler yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
4. Ürünlerin teslimi sırasında irsaliye ile birlikte gerekli ürün bilgileri eksiksiz olarak sunulmalıdır.

Mücahit YAMAN

Ahmet Emin YILMAZ
T K Y