

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1013

15/09/2026

KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **COMEN STAR 5000 NST CİHAZI YAZICI RULO MAKARASI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 25/09/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

ra o	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	COMEN STAR 5000 NST CİHAZI YAZICI RULO MAKARASI ALIMI	1	ADET		

UYGUNDUR
15/09/2026
Dr.Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYADİN DEVLET HASTANESİ

COMEN STAR 5000 NST CİHAZI YAZICI RULO MAKARASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alımın Adı: COMEN STAR 5000 NST Cihazına Uyumlu Yazıcı Rulo Makarası (Platen Roller)

1. Amaç ve Kapsam

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesinde kullanılmakta olan COMEN STAR 5000 NST (Fetal Monitör) cihazının termal yazıcı mekanizmasında bulunan yazıcı rulo makarasının (platen roller) temini ve montajına ilişkin teknik özellikleri kapsar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Asgari Teknik Şart
Uyumlu cihaz	COMEN STAR 5000 NST
Parça tipi	Termal yazıcı rulo makarası (Platen Roller)
Malzeme	Aşınmaya dayanıklı silikon veya nitril kauçuk
Mil yapısı	Paslanmaz çelik veya eşdeğeri
Yüzey	Pürüzsüz, kaydırmaz ve homojen baskı sağlayan yapı
Uyumluluk	Orijinal yazıcı mekanizmasına birebir uyumlu
Baskı performansı	Kağıdı düzgün ilerletmeli, satır kayması yapmamalıdır
Rulman yapısı	Sessiz ve düşük sürtünmeli çalışma

3. Fonksiyonel Özellikler

- Makara, 112 mm Z katlı NST termal kağıdı ile sorunsuz çalışacaktır.
- Baskı sırasında kağıtta kaydırma, sıkıştırma veya kırışıklık oluşturmayacaktır.
- Termal yazıcı kafasına zarar vermeyecek yumuşaklıkta olacaktır.
- Sürekli kullanımda deformasyona ve aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır.

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

5. Montaj sonrasında yazıcı mekanizması fabrika performansında çalışacaktır.

4. Montaj ve Teslim

1. Yüklenici, rulo makarasının cihaz üzerine montajını yapacaktır.
2. Montaj sonrası test çıktısı alınarak kağıt besleme ve baskı kalitesi kontrol edilecektir.
3. Gerekli bağlantı pimleri, yatakları ve montaj aparatları ürünle birlikte teslim edilecektir.
4. Ürün yeni ve kullanılmamış olacaktır.

5. Garanti

1. Yazıcı rulo makarası en az 12 ay garantili olacaktır.
2. Garanti süresi içerisinde üretim kaynaklı deformasyon veya işlev kaybında ücretsiz değişim yapılacaktır.

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY



TIBBİ SARF MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT



Adres : Sıtkıye Mah. 703 Sokak No: 21
Kapı No: 1 AĞRI/MERKEZ
Telefon : +90 472 216 21 71 (Pbx)
Faks : +90 472 216 04 51
E-mail : info@safakmedikal.com
teknik@safakmedikal.com

Nº 00230

TEKNİK SERVİS FORMU

Müdahale Saati:..... Bitiş Saati:.....

TARİH:...../...../202...

KURUM ADI : Dişadın Devlet	CİHAZ ADI : NST	GARANTİ DURUMU
ADRESİ : Hastanesi	MODEL : COMEN	VAR ☐
TEL :	SERİ NO :	YOK ☐

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ:

Yazıcı çalışmıyor.

YAPILAN İŞLEM:

Yapılan inceleme sonucu cihazın yazıcı rulosunun arızalı olduğu tespit edilmiştir. Değişimi gerekmektedir.

EKSİK / KULLANILAN MALZEMELER:	ADET	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYAT
1 Yazıcı rulo makara	1		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TEKNİK SERVİS PERSONELİ Robeem Aptekin (imza)	TESLİM ALAN	TOPLAM	
		SERVİS	
		KDV%..	
		TUTAR	

Size Özel Çözümler Sunar

www.safakmedikal.com