

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1039
KONU : Teklife Davet

16/09/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **SEYYAR KURŞUN PARAVAN (2X2) ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **22/09/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	SEYYAR KURŞUN PARAVAN (2X2)	1	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C.
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIYADIN DEVLET HASTANESİ
SEYYAR KURŞUN PARAVAN (2×2 METRE)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Malzemenin Adı	Seyyar Kurşun Paravan
Ölçü	2000 × 2000 mm
Kullanım Yeri	Periapikal Diş Röntgen Odası

1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, Diyardin Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde kullanılmak üzere 2×2 metre ölçülerinde, tekerlekli ve hareket ettirilebilir kurşun radyasyon koruyucu paravanın teminini kapsar. Ürün periapikal diş röntgen çekimlerinde operatörü saçılan X-ışınlarından korumaya uygun olacaktır.

2. Teknik Özellikler

1. Paravan ölçüsü 2000 mm genişlik × 2000 mm yükseklik olacaktır.
2. Gövde koruması minimum 2,0 mm Pb kurşun eşdeğerinde olacaktır.
3. Kurşun levha gövde içinde kesintisiz ve radyasyon sızıntısı oluşturmayacak yapıda olacaktır.
4. Dış yüzey elektrostatik boyalı çelik veya dezenfektana dayanıklı PVC laminasyon kaplı olacaktır.
5. Üst bölümde minimum 30 × 40 cm ölçülerinde kurşunlu gözlem camı bulunacaktır.
6. Gözlem camı minimum 2,1 mm Pb eşdeğerinde olacaktır.
7. Kenar profilleri alüminyum veya paslanmaz çelik olacaktır.
8. Alt şase yüksek mukavemetli çelik konstrüksiyon olacaktır.
9. Paravan devrilmeye karşı dengeli tasarlanmış olacaktır.

3. Tekerlek Sistemi

10. 4 adet ağır hizmet tipi 360° dönebilen tekerlek bulunacaktır.
11. En az 2 tekerlek fren (kilit) mekanizmalı olacaktır.
12. Tekerlekler sessiz çalışan poliüretan veya kauçuk kaplı olacaktır.

4. Kalite ve Belgeler

13. Ürün CE belgesi olacaktır.
14. Üretici ISO 9001 veya ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olacaktır.
15. Radyasyon koruyucu özellikleri ilgili TS EN / IEC 61331 standardına uygun olacaktır.
16. Ürün üzerinde üretici adı, model, seri numarası ve üretim yılı bulunacaktır.

5. Garanti ve Teslimat

17. Ürün en az 2 yıl garantili olacaktır.
18. Teslimatta kullanım kılavuzu ve uygunluk belgeleri verilecektir.
19. Muayene ve kabul işlemleri idarece yapılacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ

TKY

Mücahit YAMAN

TKY