

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1047
KONU : Teklife Davet

18/09/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **TOSHİBA ALEXİON TOMOĞRAFI CİHAZI HASTA SEDYE MİNDERİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/09/2026 tarih ve saat 10:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	TOSHİBA ALEXİON TOMOĞRAFI CİHAZI HASTA SEDYE MİNDERİ (BOYUNLUK DAHİL)	1	ADET		


Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TOSHIBA ALEXION HASTA SEDYE MİNDERİ (BOYUN SÜNGERİ DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapsam

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesinde kullanılmakta olan Toshiba Alexion TSX-034A bilgisayarlı tomografi cihazına tam uyumlu 1 adet hasta sedye minderi ile 1 adet boyun minderi teminine ait teknik özellikleri kapsar. Minderler, cihazın hasta masası (patient couch) ile uyumlu olacak ve hasta konforunu artıracak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

2. Genel Özellikler

1. Ürünler sıfır, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.
2. Hasta sedye minderi ve boyun minderi Toshiba Alexion hasta masasına tam uyumlu olacaktır.
3. Ürünler tıbbi kullanım amacıyla üretilmiş, radyoloji ve tomografi ortamına uygun malzemeden imal edilmiş olacaktır.
4. Teklif veren firma, ürünlerin cihaz ile uyumluluğunu belge veya katalog ile gösterecektir.

3. Hasta Sedye Minderi Teknik Özellikleri

1. Minder, Toshiba Alexion hasta masasının karbon fiber masa tablasına tam oturacak ölçülerde olacaktır.
2. Minder uzunluğu yaklaşık 1800 mm, genişliği yaklaşık 470 mm masa yapısına uyumlu olacaktır. ± 20 mm tolerans kabul edilir.
3. Kalınlığı 30-50 mm arasında olacaktır.
4. İç dolgu yüksek yoğunluklu poliüretan (PU) veya viskoelastik medikal süngerden üretilmiş olacaktır.
5. Sünger uzun süreli kullanımda çökme yapmayacak ve deformasyona dayanıklı olacaktır.
6. Dış yüzeyi dikişsiz veya sıvı geçirmez kaynaklı antibakteriyel medikal vinil/PU kaplı olacaktır.
7. Kılıf; kan, kontrast madde, dezenfektan ve vücut sıvılarına dayanıklı olacaktır.
8. Yüzey kolay silinebilir, çatlamaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
9. Röntgen ışını etkilemeyecek, görüntü artefaktına neden olmayacak yapıda olacaktır.
10. Masa hareketleri sırasında kaymayı önleyen alt yüzey veya sabitleme sistemi bulunacaktır.

4. Boyun Minderi Teknik Özellikleri

1. Boyun minderi, tomografi çekimlerinde baş ve servikal bölgeyi destekleyecek ergonomik yapıda olacaktır.
2. Anatomik U veya yarım silindir formunda olacaktır.
3. İç dolgu yüksek yoğunluklu medikal PU köpük veya hafızalı sünger olacaktır.
4. Dış yüzeyi sıvı geçirmez antibakteriyel medikal vinil/PU kaplı olacaktır.

Mücahit TAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

5. Temizlik amacıyla hastane tipi yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olacaktır.
6. Yaklaşık ölçüleri:
 - Genişlik: 180–240 mm
 - Derinlik: 120–180 mm
 - Yükseklik: 60–100 mm
7. Çocuk ve yetişkin hastalarda güvenli kullanım sağlayacak yumuşak kenarlı tasarıma sahip olacaktır.

5. Malzeme ve Hijyen Özellikleri

- Lateks içermeyecektir.
- Antibakteriyel ve antifungal yüzey özelliğine sahip olacaktır.
- Kolay temizlenebilir ve günlük hastane dezenfeksiyon prosedürlerine uygun olacaktır.
- Kılıf renk tonu mavi, lacivert veya gri gibi hastane kullanımına uygun olacaktır.

6. Teslimat ve Garanti

1. Teslimat Diyadin Devlet Hastanesi Biyomedikal Birimine yapılacaktır.
2. Ürünler kullanım için hazır halde teslim edilecektir.
3. İmalat ve malzeme hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti verilecektir.
4. Garanti süresince üretim kaynaklı deformasyonlarda ürün ücretsiz değiştirilecektir.

Ahmet Emin YILMAZ

TKY

Mücahit YILMAZ

TKY