

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1048
KONU : Teklife Davet

23/09/2026

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **DIŞ ÜNİTİ GRUP DENTAL ADVENCE VE QUETREO YEDEK PARÇA ALIM** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/09/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

ra o	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	ANGULDURUA	4	ADET		
2	AERATÖR	4	ADET		
3	MİKROMOTOR	4	ADET		
4	KAVİTRON CİHAZI	1	ADET		

UYGUNDUR

23/09/2026

Dr. Yasin ÇOLAK

Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİŞ POLİKLLİNİTİ MALZEME İSTEMİ

1 - Angu Idrojan

2 - Acretor

3 - Mikromotor

Toplam her birinden 9y.1 9y.1 dörder tane olacak
şekilde .

Dr. Başak OĞUR
Dış Hekimi
Dip. No 58026
Diyadin Devlet Hastanesi

DIYADIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Mehmet Sait KÜRTDİŞ
Dış Hekimi
Dip. No 0126114

T.C.

AĞRI VALİLİĞİ

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIYADIN DEVLET HASTANESİ

**GRUP DENTAL ADVANCE & QUATTRO Q1 DIŞ ÜNİTİ YEDEK
PARÇA ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Alım Konusu

Grup Dental Advance & Quattro Q1 diş üniteleri ile tam uyumlu 4 adet anguldruva, 4 adet aeratör, 4 adet mikromotor ve 1 adet kavitron cihazının teminidir.

2. Alım Listesi

Sıra	Malzeme	Miktar
1	Anguldruva	4 Adet
2	Aeratör	4 Adet
3	Mikromotor	4 Adet
4	Kavitron Cihazı	1 Adet

3.1 Anguldruva (4 Adet)

- Mevcut diş üniti ile tam uyumlu olmalıdır.
- 1:1 transmisyon oranına sahip olmalıdır.
- E tipi mikromotor bağlantılı olmalıdır.
- Push-button frez kilitleme sistemi bulunmalıdır.
- Ø2,35 mm frezlerle uyumlu olmalıdır.
- Maksimum çalışma devri en az 40.000 rpm olmalıdır.
- Paslanmaz çelik gövdeli ve 134°C otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- CE belgeli olmalıdır.

3.2 Aeratör (4 Adet)

- Grup Dental Advance & Quattro Q1 üniteleri ile tam uyumlu olmalıdır.
- 2 delikli bağlantıya uygun olmalıdır.
- Seramik rulmanlı yüksek devirli türbin yapısında olmalıdır.
- Push-button frez değiştirme özelliği bulunmalıdır.
- En az 300.000 rpm çalışma devrine sahip olmalıdır.
- 135°C otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- CE belgeli olmalıdır.

3.3 Mikromotor (4 Adet)

- E tipi bağlantılı pnömatik mikromotor olmalıdır.
- İleri-geri dönüş özelliği bulunmalıdır.
- 5.000-20.000 rpm çalışma aralığına sahip olmalıdır.
- Düşük titreşimli ve sessiz çalışmalıdır.
- Anguldruva ve düz başlıklarla tam uyumlu olmalıdır.

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

- 134°C otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- CE belgeli olmalıdır.

3.4 Kavatron Cihazı (1 Adet)

- Ultrasonik piezo teknolojisine sahip olmalıdır.
- 28–32 kHz frekans aralığında çalışmalıdır.
- Su debisi ve güç seviyesi ayarlanabilir olmalıdır.
- En az 3 adet scaling/periodontal uç ile birlikte teslim edilmelidir.
- El parçası otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- CE belgeli olmalıdır.

4. Genel Şartlar

- Teklif edilen tüm ürünler yeni, kullanılmamış ve orijinal üretim olacaktır.
- Ürünler mevcut Grup Dental Advance & Quattro Q1 diş üniteleri ile tam uyumlu olacaktır.
- Uyumsuz çıkan ürünler yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.
- Teslimat Diyadin Devlet Hastanesi Biyomedikal Birimine yapılacaktır.
- Nakliye ve teslim giderleri yükleniciye aittir.
- Garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
- CE uygunluk belgeleri teslimatta sunulacaktır.

5. Muayene ve Kabul

Muayene ve kabul işlemleri Diyadin Devlet Hastanesi Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik şartname hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Mücahit YAMAN
T.K.Y.

Ahmet Emin YILMAZ
T.K.Y.