

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.09.2026

Sayı: 889

Konu: 2000 ADET ENTERAL BESLENME POMPA SETİ.YIKAMALI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.10.2026 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda.

Gereğini rica ederim.

Cemal AKTAŞ
İdari Ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENTERAL BESLENME POMPA SETİ,YIKAMALI			2000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Yıkamalı Enteral Beslenme Pompa Seti Teknik Şartnamesi

- 1-Ürün ağızdan beslenemeyen hastaları beslemeye uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Setin üzerinde ölçü işaretleri olmalıdır.
- 3-Setin feding tüpe bağlandığı konnektör her çapta tüpe uygun olmalıdır.
- 4-Set serbest akış sağlamalı üzerinde akış hızını ayarlayan klemp bulunmalıdır.
- 5-Ürünler steril tek kullanımlık olmalıdır.
- 6-Ürün ambalajı üstünde TSE standartları na uygun olduğunu belirten barkod olmalı,sonkulanma tarihi UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
- 6-Son kullanma tarihine yaklaşan ürünler , firma tarafından yeni ve uzun miad lı ürün ile değiştirilmelidir
- 7-Steril ve CE Standarlarında
- 8- Set 1200 ml Mama Torbası ve 1200 ml Su Torbası na sahip olmalıdır.
- 9-Tüm marka mamalar ile uyumlu
- 10-Üniversal Drip (Yaygın Beslenme Pompalarının Tamamına Uyumlu)
- 11-Pompalı ve Pompasız Kullanıma Uygun olmalıdır
- 12-Maksimum 50-70 set karşılığı 1(bir) adet setlere uygun beslenme pompası verilmelidir.

Yayınlanmıştır
Tıbbi Sarf Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzman Dr. T. T. T. T.
Yönetim Kurulu Başkanı
Diploma Tescil No: 127413

[Signature]