

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1072
KONU : Teklife Davet

29/09/2026

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **LABORATUVAR BİRİMİ İÇİN BRUCELLA TANI TESTİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/10/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

ra o	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	BRUCELLA TANI TESTİ	300	ADET		

UYGUNDUR
29/09/2026
Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DIYADIN DEVLET HASTANESİ BRUCELLA TANI TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

- Kit brucella aglütinasyon testi ve coombs testini birlikte çalışmaya uygun olmalıdır.
- Kuyucuk formatında olmalı ve kuyucuklar Anti human immünglobulinlerle kaplı olmalıdır.
- Tarama ve titrasyon amacıyla kullanılabilmelidir.
- Renkli brucella antijeni ve tampon; kitin içinde hazır olmalıdır.
- Tüp aglütinasyon testi gibi değerlendirilmelidir.
- Firma, teklif edilen kitinin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğunu taahhüt etmelidir. Kitin barkod (UBB kayıt) numarasını belirten belge ihale dosyasında bulunmalıdır.
- Kitin ambalajının üzerinde, IVD işareti, barkod numarası, CE işareti, lot numarası ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
- Kitin içindeki pleyt ve flakonların üzerinde lot numarası, son kullanma tarihi ve IVD ile CE işaretleri olmalıdır.
- Orijinal kit prospektüsünde testin spesifitesi, sensivitesi açık olarak belirtilmelidir.
 - Ürün için CE belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır. Ürün AT orijinli değilse, belgede üreticinin Avrupa yetkili temsilcisinin adı ve adres detayları bulunmalıdır.
 - İdare 3 ay önceden bildirmek kaydıyla miadı yaklaşan kitleri değiştirecektir.

Erda 712012

