

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

30.09.2026

Sayı: 70

Konu: 2 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **05.10.2026 10:30** 'a AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin **agriagizdis@gmail.com** adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda. Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AERATÖR KARTUŞU			20	Adet		
2	ANGULDRUVA (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) KIRMIZI KUŞAK			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZ

Konu : AERATÖR KARTUŞ Teknik şartnamesi

- 1) Push Button model olacaktır.
- 2) Yüksek kaliteli türbin rotorlarından oluşacaktır.
- 3) Kaliteli Paslanmaz özel çelikten üretilmiş olacaktır
- 4) ISO kalitesi haiz olmalıdır
- 5) Sterilizasyon - 135 C° (277 F) otakılabılır olmalıdır
- 6) NSK Pana Air FX (Pat-su-82) modeline ve orijinal kartuş olmalıdır olmalı

Not: Alınan malzeme teknik birimimiz tarafından incelenip uygun olmayan malzeme kabul edilmeyecektir

(Toplam 20 Adet kartuş olacak)

Atila Söğüt
Teknisyen


DİŞ HEKİMİ
Dt. Rojha BİÇAK
Dip No: 2016150027



Dt. Rojha BİÇAK

(AĞRI AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ)

Konu: Anguldurva Şartnamesi (10 ADET)

- 1 Anguldurva başlığı rulmanlı sistem olmalıdır.
- 2 Dakikadaki dönme hızı 350.000 - 400.000 devir (dakika) olmalıdır.
3. Anguldurva dıştan sulu sistem olmalıdır.
4. Anguldurvada ağız içi tükürük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen ve böylece uzun türbin sağlayan ve kontaminasyonu önleyen bir temiz kafa sistemi (cleanheadsistem) olmalıdır.
5. Anguldurvanın, Push Button (anahtarsız frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.)
6. Anguldurva gövde yapısı kavramayı kolaylaştırıcı ve hafif olmalıdır.
7. Kullanım rahatlığı için en fazla 45 gr olmalıdır.
8. Ağız içi rahat kullanım için uzunluğu en fazla 90 mm, kafa çap 10 mm, kota yüksekliği 14. mm. olmalıdır.
9. Kartuş tipi Anguldurva uçlara uygun olmalıdır.
10. Mikromotor devrini 1:1 oranında (aynı hızla) iletmelidir (100 Adet olacaktır)
11. Otoklavda 135 derecede steril edilebilmelidir.

Stella Söğüt
Teknisyen

DIŞ HEKİMİ
Dt. F. BİÇAK
Dip. No: 150027

Dt. K. K. K.
Dip. No: 55416