T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

07.10.2026

Sayı:
Konu: 2 KALEM DİŞ ÜNİTLERİ İÇİN DÖNER EL ALETLERİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.10.2026 Saat 14:00 'a kadar PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin https://ekap.kik.gov.tr/ EKAP adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AERATÖR (BUTONLU) IŞIKSIZ (ADAPTÖRSÜZ) STANDART BOY			10	Adet		
2	ANGULDRUVA (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) MAVİ KUŞAK			5	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul **edilmeyecektir**
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ANGULDRUVA (KLİNİK) BUTONLU (LED IŞIKSIZ) MAVİ KUŞAK

1. Dıştan sulu havalı mikromotor ile çalışmalıdır.
2. Dakikadaki dönme hızı 40.000 devir/dakika olmalıdır.
3. Anguldurva başlığı seramik rulman'lı sistem olmalıdır.
4. Mikromotor devrini 1:1 oranında (aynı hızla) iletmelidir.
5. Dıştan sulu sistem olmalıdır.
6. Anguldurva (PUSH BUTON) anahtarsız değiştirme sistem olmalıdır.
7 Çapı 02,35 mm olan frezler ile kullanılabilmelidir.
8. Kurumlarda kullanılan klinik mikro motorlarla uyumlu olmalıdır.
9. Aletin dış yüzeyi paslanmaz çelik gövdeden oluşmalıdır.
10. Rahat kullanım için uzunluğu en fazla 84 (+/-2) mm, kafa çapı en fazla 6,9 (+/-1) mm ve kafa yüksekliği en fazla 13 (+/-1)mm olmalıdır.
11. Kartuş tipi Anguldurva uçlara uygun olmalıdır.
12. Ürümle birlikte yağlama aparatı ve başlık değiştirme anahtarı verilmelidir.
13. 134 dereceye kadar otoklavda steril edilebilmelidir.
14. Anguldurva başlığı orijinal ambalajında olmalıdır.
15. ÜTS kaydı olmalıdır.
16. Tse ts12426 kapsamlı hizmet yeterlilik belgesi bulunması gerekmektedir.
17. Ce belgesi bulunmalıdır.
18. Ürün 1 yıl garantili olmalıdır.

AERATÖR (BUTONLU) IŞIKSIZ (ADAPTÖRSÜZ) STANDART BOY

1.Aeratör başlığı yüksek korozyon direncine sahip olabilmesi için gövdesi titanyum malzemeden veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aeratör başlığı seramik rulmanlı olmalıdır.
3.Aeratör başlığı ultra tork gücüne sahip olmalı kesim gücü en az 30W olmalıdır.
4. AERATÖR push buton kilit sistemine sahip olmalıdır.
5. Aeratör başlığı 2.5-2.7 bar basınç aralığında herhamgi bir değerde çalışabilmelidir.
6. Aeratör başlığı 0.2 MPA su basıncı ile su püskürtebilmelidir.
7 Aeratör 0.25-0.28 MPa hava basıncı ile çalışmalıdır.
8 Aeratör başlığının dönme hızı en az 400.000 rpm olmalıdır.
9.Hekimin hasta ağzında rahat çalışabilmesi için kafa yüksekliği en fazla 11.5 mm ve çapı 14 mm olmalıdır
10. Aeratör başlığı borden tip bağlantı noktasına sahip olmalıdır.
11. Aeratör başlığı en az 4 noktadan etkin soğutmalı su spreyine sahip olmalıdır.
12 Aeratör başlığı, ağız içi tükürük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen, böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine sahip olmalıdır.
13. Aeratör başlığı gövdesi kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
14. Aeratör ünite direk monte edilebilmelidir. Herhangi bir ara parçaya ihtiyaç duyulmamalıdır.
15. Aeratörün CE işareti, üretici firma adı, markası, modeli, seri numarası ve 134C'de steril edildiği silinmeyecek şekilde üzerinde yazmalıdır.
16. Aeratör başlığı hijyenik kafa veya temiz kafa sistemine sahip olmalıdır.
17. Aeratör Başlığı en az 135°C' ye kadar otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu özellik aeratör başlığı üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
18. Aeratör Başlığı Termal dezenfektörde yıkanabilmelidir ve bu özellik aeratör başlığı üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
19. Aeratör Başlığı orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajında Aeratör Başlığının Markası, Modeli, Seri Numarası yazılı olmalıdır.
20. Ürünler numune ile değerlendirilecektir.
21. Muayene Komisyon Heyeti Mal teslimatı aşamasında gerek görmesi halinde teslim alınan ürünleri test ve analize gönderebilir. Test ve analiz masrafları yüklenici firmaya aittir.
22. Tse ts12426 kapsamlı hizmet yeterlilik belgesi bulunması gerekmektedir.
23. Ce belgesi bulunmalıdır.
24. Ürün 1 yıl garantili olmalıdır.

İbrahim KAYA
Patnos ADSM
İdari ve Mali İşler Müdürü

PATNOS ADSM
Dt.Abdullah Samet KUŞ
Diş Tes.No:68329