T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1138 09/10/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **DAMLA AYAR SETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/10/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

·a o	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	DAMLA AYAR SETİ ALIMI	1000	ADET		

UYGUNDUR
09/10/2026
Dr.Yasin GOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TUTANAK

Hastanemiz genelinde kullanılması gereken Damla Ayar Seti adlı malzeme stoğumuzda bulunmamaktadır. Bu malzemeler Mevcut DMO ihale listelerinde fiyat almamıştır. Yeni ihalenin ne zaman sonuçlanacağı belli değildir. Diğer hastanelerdende temin edemedik. Hastane hizmet işleyişinin sürmesi için e acilen temin etmemiz gerekmektedir. 08/10/2026

Engin YILDIZ
TKY

Taşınır Kodu	Malzeme Tanımı	Ölçü Birimi	TalepMiktar
150-03-03-210006070	DAMLA AYAR SETİ	ADET	1000

BAŞKAN
Engin YILDIZ
Tky

ÜYE
Gizem Nur YILMAZ
Tıbbi SEKRETER

ÜYE
Zehra Nur KAYA
Eczacı

OLUR
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim
08.10.2026

SMT1046 DAMLA AYAR SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Damla ayar seti, sıvı akışının ayarlanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Damla ayar seti tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır. 3. Damla ayar setinin enjeksiyon portlu veya portsuz çeşidi olmalıdır. 4. Damla ayar setinin uzatması en az 45cm olup, set yumuşak, kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Damla ayar seti ile akış hızı 3(±2)-400(±150) ml/saat arasında ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylıkla seçilebilmeli, dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir. 6. Damla ayar setinin hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır. 7. Sistem şeffaf üzerinde damla ayar miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır. 8. Damla ayar setinin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır. 9. Damla ayar setinin serum hortumlarının bir ucu dişi luer-lock diğer ucu erkek luer-lock konnektörlü olmalıdır. 10. Enjeksiyon portlu damla ayar setinde hariçten ilaç uygulamak için tıpa veya enjeksiyon portu olmalıdır. 11. Damla ayar setinin üzerindeki hiçbir parçasında latex bulunmamalıdır. 12. Damla ayar seti kullanım sırasında setin dışına mayi sızdırmamalıdır.
Genel Hükümler:	13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



Talep No	Talep Tarihi	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Malzeme Açıklama	Barkod No	Durumu	Talep Miktarı	Karşılanan Miktar	Karşılananma Tarihi	Karşılayan Birim İl Adı	Karşılayan Birim Adı
7420	8.10.2026	150-03-03-210006070	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, MEDBAR - 233 01 - DAMLA AYAR SETİ (CONTROFLOW)	8698881910888	Onaylananlar	1000	1000		KOCAELİ	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ
7418	8.10.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, BAYFLEX - 1010 - AKIŞ DUZENLEYİCİ (DAMLA AYAR SETİ)	6223004251641	Onaylananlar	1000	1000		YALOVA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
7417	8.10.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, BAYFLEX - 1010 - AKIŞ DUZENLEYİCİ (DAMLA AYAR SETİ)	6223004251641	Onaylananlar	1000	1000		BURSA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ
7416	8.10.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, BAYFLEX - 1010 - AKIŞ DUZENLEYİCİ (DAMLA AYAR SETİ)	6223004251641	Onaylananlar	1000	1000		BURSA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
7415	8.10.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, BAYFLEX - 1010 - AKIŞ DUZENLEYİCİ (DAMLA AYAR SETİ)	6223004251641	Onaylananlar	1000	1000		BURSA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
7414	8.10.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, BAYFLEX - 1010 - AKIŞ DUZENLEYİCİ (DAMLA AYAR SETİ)	6223004251641	Onaylananlar	1000	1000		BURSA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ
7413	8.10.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, BAYFLEX - 1010 - AKIŞ DUZENLEYİCİ (DAMLA AYAR SETİ)	6223004251641	Onaylananlar	1000	1000		YALOVA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
7412	8.10.2026	150-03-03-210006070	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, BAYFLEX - 1010 - AKIŞ DUZENLEYİCİ (DAMLA AYAR SETİ) (DAMLA AYAR SETİ (MKYS))	6223004251641	Onaylananlar	1000	1000		KÜTAHYA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEDİZ DEVLET HASTANESİ
7411	8.10.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, MEDBAR - 233 01 - DAMLA AYAR SETİ (CONTROFLOW)	8698881910888	Onaylananlar	1000	1000		GÜMÜŞHANE	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
7410	8.10.2026	150-03-03-270000010	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, SET® FLOW - 25DA-0000000001 - DAMLA AYAR SETİ	8699207892802	Onaylananlar	1000	1000		GÜMÜŞHANE	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
7409	8.10.2026	150-03-03-210006070	DAMLA AYAR SETİ	DAMLA AYAR SETİ, AYSET - DM-FREL - I.V. AKIŞ REGULATORU (DAMLA AYAR SETİ)	6971077615814	Onaylananlar	1000	1000		ANTALYA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ

