AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
16.10.2026 16:30:36 E-68917221-949-332657383
332657383

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-332657383
Konu : Teklife Davet

16.10.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 5.000 ADET **ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/ D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20/10/2026** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	**ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ**	**ADET**	**5.000**		
				GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):	

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
OPR.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: 42A14A27-FC2E-4A66-B2C5-535796299635 Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:

GLUKOMETRE VE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hematrokrit ölçüm aralığı %20-60 olmalıdır.

2. Kan stribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.

3. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir. İnce olmamalı, kırılıp bükülmemelidir.

4. Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilmelidir.

5. Stripler Glukometre ile uyumlu olmalı.

6. Stripler kapiller,akteriyel, venöz ve neonatal tam kan örneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir.

7. Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.

8. Firma 10 Adet cihaz vermeli

9. <u>Glukometre Cihazının Teknik Özellikleri:</u>

- Cihaz periferik kanda ölçüm yapabilmelidir.
- Cihazın ölçüm aralığı en az (20-500mq/dl) olmalı
- Cihaz az miktarda kan ile (2-4 mikro litre) ölçüm yapabilmeli, kan miktarı yeterli
- olmadığı takdirde ikinci kez kan ilavesi yapılabilmeli, yeni strip gerektirmemeli
- Cihazın şeker ölçüm süresi 5-10 saniye olmalı
- Cihaz 10-40 C arasındaki çevre ısılarında doğru sonuç verebilmeli
- Ölçüm cihazının en az 1 yıl garantisi olmalı,
- Cihaz üst üste 2 ve daha fazla sayıda ölçüm yaptığında ölçüm sonuçları arasında
- tutarlılık olmalı. (%5'lik sapma kabul edilir.)
- Firma en az iki seviye kontrol serumu temin etmelidir.
- Kargo ücreti gönderici firma tarafından karşılanmalıdır.

Lab Tek.
Sonda EGE

Emrah ESLEK
Biyokimya Laboratuvarı Sağlık Teknikeri
Dr.Yaşar Eyüpmaz Doğubayazıt
Devlet Hastanesi

Uzm.Dr. Tuğba ÖZDEMİR
Doğubayazıt Dr.Yaşar Eyüpmaz Devlet Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Uzm.Tebc.No: 183481