T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1188 20/10/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **MEDİKAL OKSİJEN GAZ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **26/10/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	**OKSİJEN TÜP DOLUMU**	**120**	**metreküp**		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ

TIBBİ OKSİJEN GAZI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin adı: Palyatif Bakım ve Acil Servislerde Kullanılmak Üzere Tıbbi Oksijen Gazı Alımı

İdarenin adı: Diyadin Devlet Hastanesi

1. İşin konusu ve kapsamı

1.1. Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi ve Acil Servislerinde kullanılmak üzere tıbbi oksijen gazının 50 litrelik ve 10 litrelik tüplere doldurularak temin edilmesini kapsar.

1.2. Alımı yapılacak tıbbi oksijen gazı, hastaların solunum tedavisinde ve oksijen desteğinde kullanılacaktır.

1.3. Yüklenici, idarenin talebi doğrultusunda tıbbi oksijen gazını belirtilen tüp hacimlerine uygun olarak dolduracak ve hastaneye teslim edecektir.

2. Tıbbi oksijen gazının özellikleri

2.1. Teslim edilecek gaz, insanlarda tıbbi amaçlarla kullanılmaya uygun, tıbbi oksijen (O_2) olacaktır.

2.2. Tıbbi oksijen, yürürlükteki ilgili mevzuata ve tıbbi gazlara ilişkin kalite standartlarına uygun olacaktır

2.3. Gazın saflığı, yürürlükteki tıbbi oksijen standardına uygun olacak ve ürünün tıbbi kullanım için uygunluğunu gösteren belgeler yüklenici tarafından idareye sunulacaktır

2.4. Tıbbi oksijen gazı; nem, yağ, partikül ve diğer kirleticiler bakımından tıbbi kullanım şartlarına uygun olacaktır

2.5. Teslim edilen tıbbi oksijen gazının her dolumunda, gazın tıbbi kullanım için uygun olduğunu gösteren gerekli kalite ve dolum kayıtları bulundurulacaktır

3. Tüp özellikleri ve dolum

3.1. Tıbbi oksijen gazı, idarenin talebine göre aşağıdaki tüplere doldurulacaktır:

- 50 litrelik tıbbi oksijen tüpleri
- 10 litrelik tıbbi oksijen tüpleri

3.2. Tüpler, tıbbi oksijen gazının depolanması ve taşınması için uygun, ilgili mevzuata göre periyodik muayene ve testleri geçerli durumda olan basınçlı gaz tüpleri olacaktır

3.3. Tüp dolumları, tıbbi oksijen dolumu için gerekli teknik donanıma sahip, yetkili dolum tesislerinde gerçekleştirilecektir

3.4. Tüplerin dolum basıncı, tüpün üretici tarafından belirlenmiş çalışma basıncını ve yürürlükteki mevzuatı aşmayacaktır

3.5. Tüp vanaları ve bağlantı elemanları oksijen kullanımına uygun olacak; yağ, gres ve yanıcı maddelerle kirlenmiş olmayacaktır

3.6. Tüplerin üzerinde tıbbi oksijen gazı olduğunu belirten etiket ve gerekli uyarılar bulunacaktır

3.7. Tüpler, dolum ve teslimat sırasında fiziksel hasara, darbelere ve devrilmeye karşı uygun şekilde korunacaktır

4. Teslimat ve taşıma

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

4.1. Tıbbi oksijen gazı, Diyadin Devlet Hastanesinin ilgili birimlerine idarenin bildirdiği miktar ve zamanlarda teslim edilecektir

4.2. Tıbbi oksijen tüplerinin taşınması, depolanması ve teslimatı sırasında yürürlükteki mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacaktır

4.3. Yüklenici, dolu tüpleri hastaneye güvenli bir şekilde ulaştıracak ve idarenin belirlediği teslim alanına bırakacaktır

4.4. Teslim edilen tüplerin dolu, sağlam, sızdırmaz ve kullanıma uygun olduğu idare tarafından kontrol edilecektir

4.5. Taşıma sırasında meydana gelen tüp hasarı, gaz kaçağı veya yükleniciden kaynaklanan uygunsuzlukların giderilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır

5. Muayene ve kabul

5.1. Teslim edilen tıbbi oksijen gazı ve tüpler, idare tarafından kontrol edilerek kabul edilecektir

5.2. Gazın tıbbi kullanım için uygun olmadığının, tüplerin hasarlı veya sızdırır durumda olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili teslimat kabul edilmeyecektir

5.3. Uygun olmayan gaz veya tüpler, yüklenici tarafından herhangi bir ek ücret talep edilmeksizin uygun olanlarla değiştirilecektir

5.4. İdare, gerekli gördüğü durumlarda tıbbi oksijen gazına ilişkin kalite belgelerini ve dolum kayıtlarını talep edebilecektir

6. Yüklenicinin sorumlulukları

6.1. Yüklenici, tıbbi oksijen gazının üretimi, dolumu, taşınması ve teslimi sırasında yürürlükteki ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür

6.2. Yüklenici, teslim ettiği tıbbi oksijen gazının tıbbi kullanım için uygunluğundan sorumludur

6.3. Yüklenici, teslimat sırasında tüplerin güvenliğini ve gazın niteliğini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır

6.4. Yüklenici, teslim edilen gazın kalite ve dolum belgelerini idarenin talebi halinde sunacaktır

Not: Bu şartname, 50 litrelik ve 10 litrelik tüplere tıbbi oksijen gazı dolumu için hazırlanmıştır. Alım dosyasına eklenmeden önce tüp sayıları, dolum basıncı ve teslimat sıklığı idarenin ihtiyacına göre belirlenmelidir. Özellikle tüp basıncı, tüplerin mevcut etiket ve çalışma basınçlarına göre netleştirilmelidir.

Mücahit YAMAN
TKY

Ahmet Emin YILMAZ
TKY